

DZPZ/333/127/2023

Olsztyn, dnia 9 września 2023 r.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 180**  
**10 – 561 Olsztyn**

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: zakupu foteli do podawania cytostatyków w oddziale Chemioterapii 1-go dnia. Postępowanie DZPZ/333/127/2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: **zakupu foteli do podawania cytostatyków w oddziale Chemioterapii 1-go dnia. Postępowanie DZPZ/333/127/2023** do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków o regulowanej wysokości za pomocą kolumny elektrycznej zamiast trzypodłżkowej teleskopowej kolumny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel o regulowanej wysokości za pomocą kolumny elektrycznej.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z 3 segmentami (oparcia pleców, siedziska i segmentu nożnego) regulowanymi elektrycznie i niezależnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel o ww. wymienionej regulacji.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada 2 podłokietniki, oraz posiada wszystkie opisane przez Zamawiającego ruchomości tych podłokietników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel z dwoma podłokietnikami.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada szerokość całkowitą wraz z podłokietnikami wynoszącą 950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fotela o takiej szerokości całkowitej. Wymagana jest szerokość całkowita z podłokietnikami nie przekraczająca 70 – 80 cm.

**Pytanie 5**

**Dotyczy pakietu 1. Fotel do podawania cytostatyków – 6szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, o wymiarach:

- szerokość leża (tapicerki): 610mm,
- szerokość całkowita fotela: 1043mm,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fotela o takiej szerokości całkowitej. Wymagana jest szerokość całkowita z podłokietnikami nie przekraczająca 70 – 80 cm.

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

*DYREKTOR WSS w OLSZTYNIE*

*Irena Kierzkowska*