

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyrządów do przetoczeń leków cytotoksycznych – powtórka 2.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowy bez filtra hydrofobowego na końcu drenu?
Pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do podaży leków cytotoksycznych bez filtra hydrofobowego na końcu drenu zabezpieczającego przed wyciekaniem płynu z drenu podczas wypełniania.

2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd o parametrach:
 - W całości bursztynowy
 - Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
 - Odpowietrznik z filtrem hydrofobowym przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką
 - Elastyczna komora kroplowa
 - Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
 - Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
 - Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
 - Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
 - Miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP
 - Długość drenu 150 cm
 - Łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y
 - Pozbawiony w całości DEHP (ftalanów) oraz lateksu
 - Sterylny, jednorazowego użytku
 - Opakowanie folioweOdpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do podaży leków cytotoksycznych bez filtra hydrofobowego na końcu drenu zabezpieczającego przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)