

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: Dostawa urządzenia do terapii zaburzeń połykania (dysfagii) – powtórka., postępowanie DZPZ/333/191/2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: Dostawa urządzenia do terapii zaburzeń połykania (dysfagii) – powtórka, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach:

- częstotliwość regulowana w zakresie 1-80 Hz
  - czas trwania fazy do 300µsec
  - możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną
  - możliwość archiwizacji sesji terapeutycznych na karcie Micro SD zamiast:
    - zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz
    - wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 450 GB.
    - możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pendrive
  - częstotliwość Hz stała 80Hz
  - czas trwania fazy 300µse
- Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia o wyżej wymienionych parametrach.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*