

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

**Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów – testów kompatybilnych z tromboelastomerem Rotem Sigma.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

Zamawiający w Formularzu Cenowym w kol. Z określił j.m. oferowanego asortymentu jako ozn. dla odczynników oraz szt. dla kotroli. Przedmiotem sprzedaży i fakturowania zaś będą opakowania. Jednocześnie w kolumnie „Przedmiot Zamówienia” Zamawiający określił liczbę szt. poszczególnych poziomów jako 10 ozn. P i 5 ozn. N co nie koresponduje z całkowitą liczbą sztuk: 50 (50 przy podzieleniu przez 15 nie daje liczby całkowitej).

W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie L.szt kontrolnek do pełnych opakowań handlowych z przybliżonym zachowaniem proporcji poszczególnych poziomów wg opisu w kolumnie „Przedmiot Zamówienia” jako N:P = ok. 2:1 i zaakceptuje zwiększenie całkowitej liczby z 50 do 54 szt. dla pozycji 4 ?

Uzasadnienie:

555201	ROTEM Sigma ROTROL N	5 szt./op.
555202	ROTEM Sigma ROTROL P	5 szt./op.
00085047	KIT, VERIFYNOW WQC ASSAY	6 szt./op

\*) Ad VerifyNow – kontrola N/P

Propozycja do pozycji 2:

Rotem – kontrola P – 7 op. x 5 szt. = 35 szt

Rotem – kontrola N – 3 op. x 5 szt = 15 szt.

**Razem 50 szt.**

Propozycja do pozycji 4:

VerifyNow – kontrola N – 6 op. x 6 szt. = 36 szt.

VerifyNow – kontrola P – 3 op. x 6 szt. = 18 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie zmodyfikował zapisy formularza cenowego, będącego załącznikiem nr 2 do Zaprośzenia. Informuje, iż wymaga w pozycji 2 i 4 zaoferowania i wyceny po 50 sztuk fiolek kontrolnych do wyboru przez Zamawiającego - kontroli P i N. Jednocześnie informuje, iż kontrole będą zamawiane w pełnych handlowych opakowaniach.

W załączeniu aktualny formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zaprośzenia

**DYREKTOR**  
WSS w Olsztynie  
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)