

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa sprzętu do zabiegów embolizacja tętniaków, malformacji, leczenia udarów mózgu, leczenia przerzutów do wątroby – powtórzenie, postępowanie DZPZ/2651/16/2024

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa sprzętu do zabiegów embolizacja tętniaków, malformacji, leczenia udarów mózgu, leczenia przerzutów do wątroby – powtórzenie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie:

Pozycja 1

ZESTAW DO DOSTĘPU UDOWEGO- koszulka naczyniowa udowa. Dostępne średnice: 5-6-7-8-9F. Długość 11 cm. Zestawy z przewodnikiem stalowym J o średnicy 0,035''-0,038''.

Długość przewodnika 45 cm.

Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 18G.

Koszulka wykonana ze śliskiego materiału PTFE odporna na złamania , szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie, ucho do szwu chirurgicznego.

Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo. Pakowane na tacy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zaproszenia w zakresie formularza cenowego.**

Pozycja 2

ZESTAW TRANSRADIALNY

dostępne średnice: 4F-5F-6F-7F

Dostępne długości: 7 i 11 cm

Zestawy z przewodnikiem prostym stalowym typu 0,018'', 0,021''.

Długość przewodnika- 45 cm z prostą końcówką. Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 20G, 21G.

Koszulka wykonana ze śliskiego materiału PTFE odporna na złamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji- wyczuwalny charakterystyczny klik, silikonowa hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, ucho do szwu chirurgicznego, lejkowy kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego z prostą końcówką, atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo. Pakowane na tacy.

Sporządziła: Beata Wachowicz

DZPZ/2651/16/2024

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zaproszenia w zakresie formularza cenowego.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*