

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: Dostawa nici chirurgicznych - powtórka. Postępowanie DZPZ/2651/23/2024

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy poz. 5

1. Czy Zamawiający dopuści okres wchłaniania 56-70 dni z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuści szew o okresie wchłaniania 56-70 dni, o ile będą one spełniać pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy poz.6

1. Czy w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 dla części nr 6 – nagłówek) zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli wchłaniany monofilamentowy szew haczykowy (PGA-PCL, koopolimer glikolidu i e-kaprolaktonu). Nie mniej niż 15 haczyków spiralnie ułożonych na 1 cm nici. Po 7 dniach zachowuje ok 40-80% wytrzymałości na rozciąganie, ok 30-50% po 14 dniach. Wchłanianość **między 90 a 120 dniem**?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaszła omyłka pisarska w opisie dla części nr 6 – Załącznik nr 2: powinno być : PGA-PCL, koopolimer glikolidu i e – kaprolaktonu, natomiast wchłanianość pozostaje bez zmian zgodnie z opisem w załączniku nr 2 część 6 : między 90 a 110 dni.

2. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy wchłaniany. Okres wchłaniania 182-283 dni. Efektywny czas podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: Po 14 dniach do 60%, po 28 dniach do 40%, po 42 dniach do 35%.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza szwu o powyższym okresie wchłaniania.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Zastępca Dyrektora ds. leczenia
WSS w Olsztynie
Jerzy Górny