

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 180**  
**10 – 561 Olsztyn**

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: Dostawa lampy do fototerapii LED dla noworodków. Postępowanie DZPZ/2651/37/2024

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do formularza parametrów wymaganych:

**Dotyczy pozycji 1**

Prosimy o dopuszczenie: 32 diody w technologii Super blue

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 32 diody.

**Dotyczy pozycji 2**

Prosimy o dopuszczenie : Dotykowy, kolorowy ekran graficzny TFT o przekątnej 3,5 cala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę z ekranem o wyżej wymienionych parametrach.

**Pozycja 7**

Prosimy o dopuszczenie : Żywotność diod LED 50 000 tys godzin.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy z diodami o żywotności poniżej 70 tys. godzin.

**Pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie regulacji natężenia w zakresie 0-100%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o regulacji natężenia w zakresie 0-100%.

**Pozycja 17**

Prosimy o dopuszczenie : Wymiary lampy 48,5 cm x 23,0 cm x 10,0 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga lampy o wyżej wymienionych wymiarach.

**Pozycja 18**

Prosimy o dopuszczenie : Waga samej lampy 3 kg ( większą ilość diod) (19 kg z podstawą)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o takiej wadze.

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

*Dyrektor  
WSS w Olsztynie  
Irena Kierzkowska*