

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł na **dostawę lampy do fototerapii LED noworodków** do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę :

NEO PLUS Sp. z o.o.
ul. Wierzejska 94/12,
97-300 Piotrków Trybunalski
wartość oferty : 14 040,00 zł

W postępowaniu udział wzięli:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN
1	NZ TECHNO Sp. z o.o. ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa	11 340,00 zł
2	NEO PLUS Sp. z o.o. ul. Wierzejska 94/12, 97-300 Piotrków Trybunalski	14 040,00zł

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty	Wykonawca	Wartość oferty brutto	Kryterium 100% cena	Lokata
1	NEO PLUS Sp. z o.o. ul. Wierzejska 94/12, 97-300 Piotrków Trybunalski	14 040,00 zł	1,0	I

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę firmy NZ Techno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponieważ treść oferty jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu parametrów wymaganych:

1. w pkt. 7 Zamawiający wymagał lampy o żywotności diod LED minimum 70 tys. godzin. Wykonawca zaoferował lampę o żywotności diod minimum 50 tys. godzin
2. w pkt.9 Zamawiający wymagał aby lampa posiadała intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym 1500 lx. Wykonawca zadeklarował, iż zaoferowana lampa nie spełnia tych wymagań.

Podpisanie umowy:

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną jednostronnie podpisane (3 egz.) i wysłane pocztą.

DYREKTOR

WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)