

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na zakup papierów do aparatów medycznych. Numer sprawy: DZPZ/2651/61/2024

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści co do formularza cenowego:

Pytanie nr 1: Formularz cenowy – poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem papieru oryginalnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiennika papieru oryginalnego.

Pytanie nr 2: Formularz cenowy – poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 129 x 135 mm x 370 kartek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji papier o rozmiarze 129 x 135 mm x 370 kartek.

Pytanie nr 3: Formularz cenowy –poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier EKG do aparatu Hellige 130x135x370 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż dopuszcza papier o rozmiarze 130x135x370 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pytanie nr 4: Formularz cenowy –poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary w formularzu cenowym tj. rolka. Ponadto informuje, iż nie określa wielkości opakowania.

Pytanie nr 5: Formularz cenowy –poz. 6,13

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary w formularzu cenowym tj. rolka. Ponadto informuje, iż nie określa wielkości opakowania.

Pytanie nr 6: Formularz cenowy –poz. 9

Sporządziła: Anna Sychowicz

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora CARDIO AID B 58x25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza papieru o takim rozmiarze.

Pytanie nr 6: Formularz cenowy –poz. 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oryginalnego papieru i dopuści zamiennik kompatybilny z urządzeniem ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginalnego papieru do aparatu EKG SHILLER AT - 102 Cardiovit.

Pytanie nr 6: Formularz cenowy –poz. 13

Czy Zamawiający dopuści papier EKG do aparatu Lifepak 15 108 x 23?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza papieru o takim rozmiarze.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)