

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

***Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stolików przyłóżkowych na stacje dializ w WSS w Olsztynie. Numer sprawy: DZPZ/2651/77/2024***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytanie :

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuści:

Stolik przyłóżkowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej blat z pogłębieniem lub podwyższonymi krawędziami ,zabezpieczającymi przedmioty przed zsuwaniem się. Regulacja wysokości hydrauliczna, dokonywana za pomocą pedału umieszczonego w podstawie. Możliwość zainstalowanie pedału z każdej strony , regulowany w zakresie 830-1170 mm ; podstawa na antystatycznych podwójnych kołach o średnicy maks. 75 mm z możliwością blokady Wymiary stolika blatu: 700 x 500 x 850-11700 mmm wymiary blatu: 700 x 500mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stolików przyłóżkowych z regulacją wysokości za pomocą pedału.

DYREKTOR WSS w Olsztynie  
*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)