

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

***Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych nakłuwaczy do badania poziomu glukozy oraz łącznika umożliwiającego podłączenie strzykawki typu luer z portem Enfit.***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

**Część 1 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 23G x 1,8mm?

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G x 2,4mm?

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a'100szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania nakłuwaczy w rozmiarze 23Gx1,8mm lub/i 21Gx2,4mm, jak także dopuszcza możliwość zaoferowania nakłuwaczy w opakowaniach a 100 sztuk z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości .***

**DYREKTOR**  
WSS w Olsztynie  
Irena Kierzkowska

*(Podpis osoby uprawnionej)*