

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

***Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego: wymazówki, ezy, próbówki, podłoża transportowe.***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Pytania dotyczące Części nr 1:

**Pozycja nr 4:** Czy Zamawiający dopuści Ezy pakowane w op. jednostkowe zawierające 25 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania Ezów pakowanych po 25 sztuk.

**Pozycja nr 5:** Czy Zamawiający dopuści Ezy pakowane w op. jednostkowe zawierające 25 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania Ezów pakowanych po 25 sztuk.

**Pozycja nr 7:** Czy Zamawiający dopuści próbówki o tych samych parametrach, lecz o wymiarze 12x86 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania probówek o wymiarze 12 x 86 mm pod warunkiem zachowania pojemności 5 ml.

DYREKTOR  
WSS w Olsztynie  
Irena Kierzkowska

*(Podpis osoby uprawnionej)*