

Wykaz środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do sprzedaży

Nr pakietu	Nazwa pakietu	Liczba	Rodzaj środka trwałego	Nr fabryczny/ nr inwentarzowy	Parametry techniczne	Cena wywoławcza brutto w zł
1.	Polymobil Plus <i>(aparat sprawny)</i>	1 szt.	Radiologia – mobilny, analogowy	10334 8/419/802/419	Produkcja: 2000 r. Siemens Ognisko: 0,8x0,8 Napięcie: 40-125 kV Obciążenie prądowo- czasowe: 0,32-100mAs Filtracja: 2,7 mmAl	5 000,00 zł
2.	Polymobil 10 <i>(aparat sprawny bez wsparcia ze strony serwisu; aparat z uszkodzonym układem jezdnym, trudności w prowadzeniu po prostej)</i>	1 szt.	Radiologia – mobilny, analogowy	1713 8/418/802/418	Produkcja: 1998 r. Siemens Ognisko: 0,8x0,8 Napięcie: 40-125 kV Obciążenie prądowo- czasowe: 0,32-100mAs Filtracja: 2,7 mmAl	4 000,00 zł
3.	Corsix 15 <i>(aparat sprawny, do wymiany żarnik w układzie lampa kolimator w związku z brakiem zgodności wielkości oświetlenia z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia)</i>	1 szt.	Radiologia – mobilny, analogowy	061932-10-00001 8/1731/802/1716	Produkcja: 2012 r. Italray Ognisko: 0,6x0,6; 1,3x1,3 Filtracja: 3,8 mmAl Napięcie: 40-125 kV 12 plusowy	5 000,00 zł
4.	Wolumeryczna pompa infuzyjna	1 szt.	Aparatura medyczna	19651472 8/1147/802/1132	Wolumeryczna pompa infuzyjna Graseby 3000	50,00 zł
5.	Pompa strzykawkowa Fresenius	3 szt.	Aparatura medyczna	18692204 8/952/802/937 18692194 8/951/802/936 18692190 8/954/802/939	Pompa strzykawkowa Fresenius Pilot A2 PL	150,00 zł (sztuka po 50 zł)
6.	Pompa strzykawkowa Perfusor	1 szt.	Aparatura medyczna	174899 8/1695/802/1680	Pompa strzykawkowa Perfusor Space	50,00 zł

7.	USG śródoperacyjne <i>(uszkodzona płyta główna- brak wsparcia technicznego)</i>	1 szt.	Aparatura medyczna	1019-50680-001 8/2199/802/2184	USG śródoperacyjne Flex Focus 1202/FR – Volcano ISUS S5 (rok prod. 2013)	250,00 zł
8.	Szafa lekarska	1 szt.	Wyposażenie	513-05/029	Szafa lekarska rok prod. 2002	500,00 zł
9.	Speedy 32 <i>(aparat sprawny)</i>	1 szt.	Radiologia - mobilny; analogowy	109297-16-00001 8/3881/802/3703	Produkcja: 2016 r. Cat Medical Systems Ognisko: 0,6x0,6; 1,3x1,3 Napięcie: 40-125 kV Filtracja całkowita: 3,8 mmAl Miernik dawki: DAP-TAK	5 000,00 zł
10.	Skaner płyt obrazowych CR975 zestaw z monitorami <i>(uszkodzony laser)</i>	1 szt.	stacjonarny	3573:K/N:4547-3177 8/1227/802/1212	Produkcja: 2008 r. KODAK	8 000,00 zł