

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

***Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprzyrządowania kompatybilnego z wiertarką laryngologiczną Intra KarlStorz.***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

1. Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu wykonania zamówienia do 30 dni od podpisania umowy?
2. Czy w związku z tym, że opisane w poz. 3 i 4 formularza cenowego wiertła są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 15 szt. w opakowaniu, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania?
3. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.
4. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?  
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
5. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia wady/naprawy w ramach gwarancji do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy polski do 20 dni roboczych?

**Zamawiający informuje, iż w wyniku powyższych wniosków o wyjaśnienie treści Zaprośzenia, Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy, będącego załącznikiem nr 3 do Zaprośzenia.**

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa  
Jerzy Górny

*(Podpis osoby uprawnionej)*