

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa sond do laseroterapii wraz z dzierżawą lasera, postępowanie DZPZ/2651/129/2024

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa sond do laseroterapii wraz z dzierżawą lasera, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. (poz. 3) Czy Zamawiający wymaga mocy lasera regulowanego w zakresie: 50-3000 mW?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagana jest moc lasera regulowanego w zakresie: 50-3000mW.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie