

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę videolaryngoskopu z oprzyrządowaniem, nr postępowania: DZPZ/2651/147/2024

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Pytanie 1:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści videolaryngoskop o czasie działania nie krótszym niż 240 minut?

Pytanie 2:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści videolaryngoskop o wadze 255g?

Pytanie 3:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści urządzenie zasilane akumulatorem litowym?

Pytanie 4:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści videolaryngoskop o stopniu ochrony IP20 z rękojeścią (po odłączeniu monitora) nadającą się do sterylizacji w plazmie lub gazie?

Pytanie 5:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści videolaryngoskop z wizualnym wskaźnikiem czasu działania akumulatora i konieczności jego naładowania?

Pytanie 6:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści videolaryngoskop z funkcją automatycznego wyłączenia po 15 minutach braku aktywności, bez funkcji ściemniania ekranu po 15 sekundach braku aktywności?

Pytanie 7:

Czy w poz. 2 oraz 3 Zamawiający dopuści łyżki sterylne, jednorazowe, w rozmiarach 3 oraz 4 wykonane z poliwęglanu?

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie videolaryngoskopu UED-A o poniższych parametrach ?

- Dedykowana bateria wewnętrzna, z czasem pracy do 210 minut, będąca częścią wyświetlacza, ładowana przez powszechne złącze USB-C
- rękojeść/osłona jednorazowa, zintegrowana z łyżką, przezroczysta, osłaniająca wielorazowy tor wizyjny, umożliwiająca minimalizację i skrócenie dezynfekcji oraz ograniczenie ryzyka zakażeń krzyżowych.
- wodoszczelność (tor wizyjny IPx7, ekran IPx3)
- możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych Macintosh w rozmiarach 2-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu, z powłoką anti-fog zapobiegającą nadmiernemu parowaniu

- tor wizyjnym wykonany z wysokiej jakości materiałów sztucznych i metali, zakończony kamerą i źródłem światła LED o wysokim natężeniu oraz barwie białej,
- dotykowy ekran LCD o przekątnej 3”, możliwością bezprzewodowego udostępniania obrazu,
- możliwość regulacji monitora: przód-tył 110 stopni, obrót 270 stopni,
- waga urządzenia 250 gram (ekran 158g + tor wizyjny 92g)
- bateria litowa, wbudowana – 1 szt.
- sterylne łyżki intubacyjne o terminie przydatności 3 lata od daty produkcji, o anatomicznych kształcie i niskim profilu ułatwiającym trudne intubacje:
 - ✓ rozmiar 2 dla dzieci w wieku 2-6 lat, o wadze od 13,2-23,6 kg masy ciała,
 - ✓ rozmiar 3 dla dzieci od 6 lat i 23,6 kg masy ciała, oraz dla dorosłych
 - ✓ rozmiar 4 dla dorosłych i otyłych.

Pytanie 9

Dot. Videolaryngoskopu bezprzewodowego, L.p. 1 – Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Videolaryngoskop, który pozwala na prace przez 240 minut, co daje wystarczający czas pracy przy w pełni naładowanej baterii?

Pytanie 10

Dot. Videolaryngoskopu bezprzewodowego, L.p. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Videolaryngoskop, który nie posiada funkcji ściemniania ekranu, natomiast posiada wyświetlacz LCD typu TFT obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej?

Pytanie 11

Dot. Videolaryngoskopu bezprzewodowego, L.p. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Videolaryngoskop, którego waga wynosi 250g, co stanowi niewielką różnicę od tej podanej w parametrach, w załączniku nr.2?

Pytanie 12

Dot. Videolaryngoskopu bezprzewodowego, L.p. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Videolaryngoskop, w którym producent nie podaje konkretnie: „Rękojeść nadająca się do dezynfekcji przez zanurzenie w płynie dezynfekcyjnym”, natomiast podaje poniższe detergenty do wytarcia powierzchni urządzenia:

Nazwa detergentu:	Metoda czyszczenia:
Czysta woda	Wytrzeć/ spłukać
Mydlana woda (pH: 7.0 ~10.5)	Wytrzeć

Dotyczy Terminu wykonania umowy:

Pytanie 13

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy z 14 dni od podpisania umowy do 21 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA : Zamawiający informuje, iż:

- w wyniku powyższych pytań Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego, będący załącznikiem nr 2 do Zaprośzenia oraz Projektu umowy – załącznik nr 3.

Załączniki:

Aktualny formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zaprośzenia

Aktualny projekt umowy – załącznik nr 3 do Zaprośzenia

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierkowska