

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

**ul. Żołnierska 18**

**10 – 561 Olsztyn**

### **Pytania i odpowiedzi**

**Dotyczy:** postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych na oddział ratunkowy WSS w Olsztynie, nr postępowania: DZPZ/2651/165/2024

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby pompa posiadała ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy oraz Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższych rozwiązań.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga uchwytu do przenoszenia pompy.

#### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wymaga Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższych rozwiązań

#### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga wagę do 2,3 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa wagi.

#### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wymaga regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga 12 poziomów regulowania ciśnienia okluzji.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną z szybkością dozowania w zakresie 0,1 - 1200ml/h, wyposażoną w klawiaturę symboliczną umożliwiającą łatwe i intuicyjne programowanie infuzji spełniającą wszystkie pozostałe parametry

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, iż dopuszcza powyższe parametry pompy.

**UWAGA :** Zamawiający informuje, iż:

- w wyniku powyższych pytań Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego, będący załącznikiem nr 2 do Zaproszenia

DYREKTOR WSS W Olsztynie  
Irena Kierzkowska