

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

### **Pytania i odpowiedzi**

**Dotyczy:** postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych łyżek do videolaryngoskopu wraz z dzierżawą videolaryngoskopu, nr postępowania: DZPZ/2651/7/2025

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

#### **Pytanie 1:**

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: wideolaryngoskopu o wadze 313 g, możliwość ładowania akumulatora więcej niż 300 razy. Pojemność akumulatora 3 400 mAh. Urządzenia zasilanego akumulatorem litowym o standardowym czasie działania ok. 2 godzin po naładowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało elastyczną osłonę obudowy monitora tzw. Etui, które zapewni ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, osłonka monitora wyposażona w otwieraną klapkę umożliwiającą podłączenie USB i kabla do ładowania oraz przyciski umożliwiające włączanie/wyłączanie urządzenia oraz obsługę menu

#### **Pytanie 3:**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł dwa sprzeczne wymogi dotyczące zasilania baterijnego na minimum 250 minut oraz 5 godzin. Czy zatem Zamawiający dopuści zasilanie akumulatorowe zapewniające ciągłą pracę urządzenia przez ponad 200 minut?

#### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym akumulatorem, zapewniającym żywotność powyżej 300 cykli pełnych ładowań?

#### **Pytanie 5:**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 321g. Jest to nieznaczna różnica w stosunku do wymaganej i nie ma ona wpływu na właściwości kliniczne urządzenia

#### **Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, którego złącza elektryczne wbudowane są w monitor, który nie jest przeznaczony do zanurzania w płynach? Producent dopuścił jego dezynfekcję za pomocą ściereczek antybakteryjnych. Natomiast dolna jego część tj. prowadnica z zintegrowaną kamerą oraz źródłem światła posiadają klasę ochrony IPX8, co pozwala na dezynfekcję poprzez zanurzenie w roztworze antybakteryjnym lub sterylizację niskotemperaturową

**Pytanie 7:**

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści sterylne łyżki jednorazowe z poliwęglanu?

**Pytanie 8:**

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści videolaryngoskop zasilany akumulatorem litowo-jonowym o czasie działania do 240minut?

**Pytanie 9:**

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści videolaryngoskop o wadze 255g?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania dopuszcza możliwość zaoferowania videolaryngoskopów oraz łyżek o podanych powyżej parametrach. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska