

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów piersi.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści w części 1 produkt o poniższych parametrach:

Produkt o kształcie anatomicznym.

Produkt sterylny.

Powierzchnia mikrotexturowana.

Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni implantu składająca się z 6 warstw.

Produkt wypełniony w 100% żelem, który cechuje się pamięcią kształtu.

Profil wysoki.

Zakres rozmiarów: średnica 9,8 cm do 14,9 cm(zakres pojemności od 98 ml do 480 ml).

Certyfikat CE.

Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy.

Gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV stopień Beckera.

Ważności sterylności produktu 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Dotyczy części nr 1

Czy zamawiający dopuści w części 1 produkt o poniższych parametrach:

Produkt o kształcie anatomicznym.

Produkt sterylny.

Powierzchnia mikrotexturowana.

Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni implantu składająca się z 6 warstw.

Produkt wypełniony w 100% dwoma rodzajami żelu silikonowego.

Wypełnienie składa się z delikatnego żelu który cechuje się pamięcią kształtu-podstawa implantu i żelu o bardzo wysokiej spoistości High w części odtwarzającej gruczoł piersiowy.

4 projekcje

Zakres rozmiarów: średnica 10,2 cm do 15 cm(zakres pojemności od 170 ml do 575ml).

Certyfikat CE.

Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy.

Gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV stopień Beckera.

Ważności sterylności produktu 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 3

Dotyczy części nr 1

Czy zamawiający dopuści w części 1 produkt o poniższych parametrach:

Produkt o kształcie okrągłym.

Produkt sterylny.

Powierzchnia implantu – _mikrotextura.

Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni implantu składająca się z 6 warstw.

Produkt wypełniony w 100% żelem, który cechuje się pamięcią kształtu.

Protezy pod wpływem grawitacji przyjmują kształt „Łzy”.

Pięć projekcji.

Zakres rozmiarów : średnica 9 cm do 14,5 cm (zakres pojemności 85 ml do 695ml).

Certyfikat CE

Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy.

Gwarancja 10 lat na pęknięcie i torebkę obkurczającą III i IV stopień Beckera.

Ważność sterylności produktu 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)