

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2025 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa wiązki kabli do badania ECG do rezonansu magnetycznego 1,5T MR450W, postępowanie DZPZ/2651/83/2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 130 tys. na realizację zadania: dostawa wiązki kabli do badania ECG do rezonansu magnetycznego 1,5T MR450W, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIA DO WZORU UMOWY

Par. 7

Wnosimy o potwierdzenie, że warunki gwarancji odnoszą się wyłącznie do dostarczanej przez Wykonawcę wiązki kabli do badania ECG do rezonansu magnetycznego 1,5T MR450W, zgodnie z par. 1 ust.1

Odpowiedź: Tak, gwarancja obejmuje wiązkę kabli.

Par. 7 ust. 7

Wnosimy o doprecyzowanie, że przedłużenie gwarancji następuje w momencie przekroczenia terminów napraw gwarancyjnych, nieuzasadnione jest liczenie biegu przedłużenia już od momentu wysłania zgłoszenia o wadzie urządzenia. Prosimy również o wykreślenie zd. 2, jako że Wykonawca musi mieć możliwość oszacowania swojej realnej odpowiedzialności w czasie, szczególnie mając na względzie wydłużony okres gwarancji. Wnosimy o następującą zmianę postanowienia: „W przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja na ten sprzęt zostaje wydłużona o czas naprawy przekraczający terminy wskazane w par. 7 ust. 3”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uwzględni powyższe i dokona modyfikacji projektu umowy.

Par. 7 ust. 8

Wnosimy o dodanie do katalogu włączeń również „awarii urządzenia spowodowanej przez wadliwe działanie podzespołów aparatu, które nie były dostarczone przez Wykonawcę.”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za skutki działań innych serwisów oraz dostarczanych przez nie części.

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający uwzględni powyższe i dokona modyfikacji projektu umowy.

Par. 8 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do **szkód rzeczywistych**, co jest standardem rynkowym? Brak ograniczenia odpowiedzialności do bezpośredniej straty i pozostawienie odpowiedzialności również za bliżej nieokreślone utracone korzyści, może

spowodować konieczność przygotowania oferty zabezpieczającej również ten rodzaj odpowiedzialności, co w praktyce może być dla Zamawiającego niekorzystne. W związku z powyższym, prosimy o zmianę ust 3 w następujący sposób: *"Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z ograniczeniem do szkód rzeczywistych."*

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający uwzględni powyższe i dokona modyfikacji projektu umowy.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE