

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kardiogramów - powtórka.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

Pytanie 1

Pozycja nr 1 (Przedmiot Zamówienia) - Kardiogram do ciąży bliźniaczej

1. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie wyposażenia aparatu do ciąży bliźniaczej? Zamawiający wymaga w wyposażenie kardiografu 2 sztuki głowic Toco? Standardowe wyposażenie aparatu do ciąży bliźniaczej to 2 sztuki głowic Cardio (US) oraz 1 sztuka głowicy Toco.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska i w załączeniu do niniejszych wyjaśnień przekazuje zaktualizowany załącznik nr 2 do zaproszenia.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)