

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup monitorów diagnostycznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej**, nr postępowania: DZPZ/2651/93//2025

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści monitor bez wbudowanego czujnika kalibracji i systemu autokalibracji?"

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitorów bez wbudowanego czujnika kalibracji i systemu autokalibracji pod warunkiem dostarczenia monitorów z przeprowadzoną kalibracją DICOM, testów akceptacyjnych i testów specjalistycznych oraz pod warunkiem istnienia opcjonalnego oprogramowania producenta monitora do kontroli jakości obrazu.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska