

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę nici chirurgicznych – powtórka**, nr postępowania: **DZPZ/2651/101//2025**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Dot. Części nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z 90% kwasu glikolowego i 10% mlekowego, powlekany kopolimerem 50% glikolidu i l-laktydu (30/70) i 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny o powyższych parametrach.

Dot. Części nr 1, poz. 2

Czy oferując szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point należy zaoferować igłę podwójną czy pojedynczą ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga igłę podwójną.

Dot. Części nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szwu z igłą 13mm

Dot. Części nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza długości nici 45cm.

Dot. Części nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza nici o dł. 45 cm.

Zamawiający naniósł dopuszczone modyfikacje w załączniku nr 2 – aktualny formularz cenowy.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska