

Olsztyn, dnia 18 lipca 2025 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa myjni dezynfektora do kaczek i basenów, postępowanie DZPZ/2651/109/2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 130 tys. na realizację zadania: dostawa myjni dezynfektora do kaczek i basenów, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje myjni wyposażonej w 11 dysz natryskowych w tym dwóch obrotowych, pozwalających na jednoczesne mycie jednego „basenu” z pokrywką i jednej „kaczka” lub 3 kaczek, z programem dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile potwierdzony przez niezależną jednostkę oraz pojemnością komory 57 litrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje myjni wyposażonej w 11 dysz natryskowych w tym dwóch obrotowych, pozwalających na jednoczesne mycie jednego „basenu” z pokrywką i jednej „kaczka” lub 3 kaczek, z programem dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile potwierdzony przez niezależną jednostkę oraz pojemnością komory 57 litrów.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE