

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa fartuchów ochronnych do pracy w środowisku promieni RTG oraz osłony na tarczyce, postępowanie DZPZ/2651/120/2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 130 tys. na realizację zadania: dostawa fartuchów ochronnych do pracy w środowisku promieni RTG oraz osłony na tarczyce do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

Prosimy o korektę poniższego zapisu:
zamiast:

„Fartuch wykonany z lekkiego materiału bezwinyłowego, bezołowiowego, który nie zawiera antymonu”
proponujemy:

„Fartuch wykonany z lekkiego materiału bezwinyłowego, bezołowiowego, który nie zawiera trójwartościowych związków antymonu”

Uzasadnienie:

Antymon jest podstawowym pierwiastkiem stosowanym w nowoczesnych materiałach bezołowiowych, wykorzystywanych przez największych i renomowanych producentów odzieży ochronnej przed promieniowaniem jonizującym. Materiały ochronne RTG zawierające antymon są przebadane, posiadają stosowne certyfikaty bezpieczeństwa oraz Karty Charakterystyki (MSDS/SDS), które jednoznacznie wskazują na brak narażenia użytkownika w warunkach normalnego stosowania.

Zastosowanie antymonu w tych materiałach nie wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, co potwierdzają obowiązujące regulacje i dokumentacja techniczna.

Antymon znacząco poprawia właściwości mechaniczne fartuchów ochronnych – zwiększa ich odporność na zginanie, pękanie i zużycie, a także umożliwia produkcję lżejszych materiałów przy zachowaniu wysokiej trwałości. Dzięki temu fartuchy są bardziej komfortowe i trwałe, co ma bezpośredni wpływ na jakość użytkowania.

Proponowane doprecyzowanie zapisu, ograniczające wykluczenie jedynie do trójwartościowych związków antymonu, wynika z faktu, że to właśnie te formy chemiczne (np. Sb_2O_3) mogą być potencjalnie szkodliwe w warunkach przemysłowych, szczególnie przy narażeniu drogą inhalacyjną. Ich wykluczenie mogłoby więc być uzasadnione z punktu widzenia ostrożności.

Natomiast całkowite wykluczenie antymonu jako pierwiastka – niezależnie od jego formy chemicznej – nie znajduje potwierdzenia w aktualnym stanie wiedzy naukowej ani w obowiązujących przepisach.

Taki zapis prowadzi do sztucznego ograniczenia konkurencji, eliminując z rynku bezpieczne i certyfikowane produkty, co w konsekwencji będzie skutkowało niekorzystnym dla Zamawiającego wzrostem ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

UWAGA : Zamawiający informuje, iż:

- w wyniku powyższych wniosków o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej, Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego, będącego załącznikiem nr 2 do Zaprośzenia.

W załączeniu aktualny formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE