

Olsztyn, dnia 10 września 2025 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa fartuchów radiologicznych do pracy w środowisku promieni RTG oraz osłon na tarczycę, postępowanie DZPZ/2651/125/2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 130 tys. na realizację zadania: dostawa fartuchów radiologicznych do pracy w środowisku promieni RTG oraz osłon na tarczycę do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Pytanie do pozycji nr 1 formularza cenowego (fartuch RTG jednostronny)

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 formularza cenowego (fartuch RTG jednostronny) zastosowanie lekkiego materiału bezołowiowego na bazie bizmutu i antymonu, tak jak ma to miejsce w innych pozycjach, zamiast obecnego zapisu: „materiał bezwinylowy, bezołowiowy, który nie zawiera żadnej formy antymonu”?

Należy przy tym podkreślić, że żaden producent działający na rynku polskim nie oferuje obecnie materiału spełniającego warunek całkowitego braku antymonu, co w praktyce uniemożliwia realizację tego wymagania w ramach dostępnych technologii. Tak sformułowany wymóg znacząco ogranicza konkurencyjność postępowania, eliminując potencjalnych wykonawców i zawężając rynek do producentów zagranicznych, którzy mogliby dysponować alternatywnymi rozwiązaniami. W konsekwencji prowadzi to do nierównego traktowania wykonawców, naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz może skutkować brakiem możliwości skutecznego i zgodnego z prawem przeprowadzenia postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE