

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę testów i odczynników laboratoryjnych – powtórka.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

Pytanie nr 1- część nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie odwapniacza o parametrach:

Szybki odwapniacz tkankowy na bazie kwasu solnego. Opakowanie 1000ml - plastikowa butelka wykonana z transparentnego plastiku dla łatwej wizualnej oceny ilości odczynnika oraz jego koloru. Kolor odczynnika jasnoniebieski dla łatwego odróżnienia i zidentyfikowania. Odwapniacz o zawartości 37% kwasu solnego na poziomie 23-25%, o zawartości 37% formaldehydu na poziomie 10-13 % oraz o zawartości metanolu na poziomie 2-3%.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaferowania odczynnika zgodnego z wymaganiami w Zaprośzeniu.

Pytanie nr 2 – Załącznik nr 3 do Zaprośzenia – projekt umowy § 8 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości **1%** wartości **netto** towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż **10 %** wartości netto niedostarczonego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)