

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi część 2:

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 170 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę myjni-dezynfektora – 5 szt.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Pytanie 35

Pytanie do punktu 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjni, gdzie gwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych jest przez 10 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię z gwarancją dostępności serwisu i części zamiennych przez 10 lat od dnia dostarczenia urządzenia, potwierdzoną na piśmie.

Pytanie 36

Pytanie do umowy par 1, pkt 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 45 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia z załącznikami.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)