

Olsztyn, dnia 5 maja 2026 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 170 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa okularów ochronnych zabezpieczających przed promieniowaniem, postępowanie DZPZ/2651/71/2026

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 170 tys. na realizację zadania: dostawa okularów ochronnych zabezpieczających przed promieniowaniem, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Punkt 2 – Formularz Cenowy:

- Czy Zamawiający może doprecyzować wymagania dotyczące zakresu ochrony bocznej okularów oraz wyraża zgodę na zaoferowanie okularów o masie przekraczającej 90 g?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby boczna osłona posiadała ekwiwalent ołowiu min. 0,5 mmPb. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w pkt. 2 i wymaga okularów o wadze do 90g.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE