

Olsztyn, dnia 5 maja 2026 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 170 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa insuflatora CO2 do zabiegów robotycznych, postępowanie DZPZ/2651/72/2026

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 170 tys. na realizację zadania: dostawa insuflatora CO2 do zabiegów robotycznych do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Parametr : Wyposażony w funkcję automatycznego ssania oraz usuwania dymu w celu ułatwienia obserwacji, diagnostyki i leczenia metodą laparoskopową.

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego ssania i usuwania dymu, spełniające wymagania SWZ, przy czym pełna aktywacja funkcji odbywa się za pomocą włącznika nożnego? Czy Zamawiający dopuści oferowanie urządzenia bez włącznika nożnego?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane wyposażenie urządzenia.

Pytanie 2

Parametr: Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego.

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego, przy czym funkcja ta jest kompatybilna tylko z generatorami producenta oferowanego urządzenia?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane wyposażenie urządzenia.

Pytanie3,

Parametr: Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2.

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wymóg podłączenia CO₂ do 1 lub 2 butli lub instalacji ściennej, bez konieczności dostarczania dodatkowych reduktorów i przewodów wysokiego ciśnienia jako elementów wymaganych do spełnienia funkcjonalności?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane wyposażenie urządzenia.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza sprzęt o maksymalnym przepływie gazu 40l/min z regulacją automatyczną?

Odpowiedź: Nie, nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza dwustopniową funkcję oddymiania pola operacyjnego, bez funkcji OFF, która jest regulowana automatycznie?

Odpowiedź: Nie, nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie rodzaju modułu komunikacyjnego z centralnym systemem sterowania urządzeniami na bloku operacyjnym. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez takiego modułu?

Odpowiedź: Nie, nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE