

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 170 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa materacy.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwodleżynowy pracujący w dwóch trybach: zmiennociśnieniowym i statycznym z funkcją automatycznego powrotu do trybu zmiennociśnieniowego po 30 minutach? Tryb statyczny, tak samo jak maksymalne wypełnienie, umożliwia przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany materac.

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwodleżynowy o wysokości komór 110mm, przeznaczony dla pacjentów o masie do 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany materac.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwodleżynowy zbudowany z komór wykonanych z poliuretanu wzmocnionego nylonem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany materac.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na każdą pozycję osobno)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części i umożliwia składanie ofert częściowych.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści materace o szerokości 86 cm? Materac kompatybilny z łóżkiem Stieglmeyer, model Seta Lino.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany materac.

Pytanie 6

Czy zamiast zapisu „Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy, wybór długości i trwania cyklu, funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu, wyciszenie alarmu”

zamawiający dopuści zapis” Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje, wybór trybu pracy, stały cykl pracy ok.11 minut, możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, brak wyciszenia alarmu”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści materac z pompą, w którym powrót z funkcji maksymalnej do innego trybu odbywa się ręcznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego materaca.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści pompę materaca przeznaczoną dla pacjentów o wadze do 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną pompę.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 12,5 cm + podkład 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści materac z pompą o ochronie przed zalaniem IPX0? Pompę zawiesza się na ramie łóżka za pomocą uchwytów co sprawia, że jest ono fizycznie odizolowane od podłoża oraz osłonięte przez krawędź leża przed przypadkowym zachlapaniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany materac.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)