

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 170 tys. na dostawę filtrów mechanicznych HEPA, wapna sodowanego oraz pułapek wodnych do aparatów na Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii - postępowanie DZPZ/2651/95/2026

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1:

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny HEPA o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, dla objętości oddechowej 200-1500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza filtr o powyższych parametrach.

Pytanie 2:

Pytane do części 1, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 90 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza filtr o przestrzeni martwej 90ml.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza filtr o takich parametrach.

Pytanie 4 :

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przewodność: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza filtr o powyższych parametrach.

Pytanie 5

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o wyłącznie następujących parametrach:

Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony do skutecznego usuwania z gazów oddechowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz cząstek stałych. Jednocześnie zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury i wilgotności powietrza wdychanego przez pacjenta, wspierając ochronę dróg oddechowych oraz minimalizując ryzyko infekcji.

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wyposażony w wymiennik ciepła i wilgoci oraz port do kapnografii zabezpieczony zatyczką
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy Vt 500
- Przewodność: 70ml
- Waga: 36g
- Opór: 100Pa (przy 30l/min)
- Przyłącza: 22M/15F- 22F/15M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Pakowany indywidualnie w opakowanie papier-folia
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza filtr o takich parametrach.

Pytanie 6:

Część 3 poz. 1

W celu lepszego dobrania asortymentu prosimy o podanie modelu aktualnie używanej pułapki, a w przypadku braku możliwości ustalenia modelu pułapki informacji, jakie moduły gazowe Państwo mają zainstalowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie używa modelu pułapki D-fend Pro+ Water Trap green.

Pytanie 7:

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zamawiający będzie składał zamówienie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, na zasadach określonych w projekcie umowy.

Uwaga:

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do złożenia próbek w ilości 3 sztuk, aby potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

Dyrektor WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska