

Olsztyn, dnia 10.07.2026 r.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn**

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego do 170 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa chłodziarki do przechowywania krwi, postępowanie DZPZ/2651/100/2026

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne do 170 tys. na realizację zadania: dostawa chłodziarki do przechowywania krwi, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga chłodziarki zarejestrowanej jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga chłodziarki zarejestrowanej jako wyrób medyczny.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 670x670x1830 mm (SzxGxW) z 5cioma szufladami i koszykiem na podłodze, zdolną pomieścić 192 worki o poj. 450 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o w/w parametrach.

3. Czy Zamawiający dopuści ekologiczny czynnik chłodniczy R600a o identycznym GWP (=3) jak czynnik R290?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w parametr w chłodziarce.

4. Czy Zamawiający chłodziarkę o wymiarach 690x653x1920 mm (SzxGxW), o pojemności 416 l, z 5cioma szufladami, zdolną pomieścić 192 worki o poj. 450 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o w/w parametrach.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE