

## Zestaw materiałów eksploatacyjnych dla wtryskiwaczy kontrastu

Opracowany w celu usprawnienia przygotowania , skrócenia czasu podawania kontrastu i zapewniania większej kontroli i spójności podawania środka kontrastowego

	<p><b>Izolowany zbiornik środka kontrastowego</b></p> <p>Przeznaczony do użycia w badaniu do 5 pacjentów. Zestaw ten zawiera: Zbiornik środka kontrastowego 100ml oraz rurki z ostrzem do podłączania do zbiornika kontrastu, z zaciskiem. 10 zestawów na opakowanie</p> <p><b>A2000, nr kat. 014612</b></p> <p>Przeznaczony do stosowania ze środkami kontrastowymi o lepkości w zakresie od 4,6 do 26,6cP</p> <p><b>A2000V, nr kat. 014113</b></p> <p>Przeznaczony do stosowania ze środkami kontrastowymi o lepkości w zakresie od 1 a 26,6cP</p>
	<p><b>Rozgałęziacz odcinający</b></p> <p>Przeznaczony do użytku jednorazowego. Zestaw zawiera: rozgałęziacz ze złączami soli fizjologicznej i środka kontrastowego, rurki soli fizjologicznej z ostrzem i strzykawkę ręczną. 10 zestawów na opakowanie</p> <p><b>BT-2000, nr kat. 014613</b></p> <p>Z wkładką czujnika ciśnienia</p>
	<p><b>Kontroler ręczny AngioTouch®</b></p> <p>Przeznaczony do użytku jednorazowego. Zestaw zawiera: Kontroler ręczny AngioTouch, 3-drożny wysokociśnieniowy kurek odcinający z obrotową końcówką i wysokociśnieniowe przewody najwyższej klasy. Przygotowanie zestawu w polu jałowym. 10 zestawów na opakowanie</p> <p><b>AT-P54, nr kat. 014644</b></p> <p>Z 54-calowym odcinkiem wysokogatunkowego przewodu środka kontrastowego</p> <p><b>AT-P65, nr kat. 014645</b></p> <p>Z 65-calowym odcinkiem wysokogatunkowego przewodu środka kontrastowego</p>

**System podawania kontrastu ACIST | CVi®**  
Upraszczanie iniekcji środka kontrastowego



### Akcesoria ACIST CVi

Nr kat.	Opis produktu
<b>014668</b>	Wózek mobilny ACIST
<b>0146CC</b>	Zestaw regulowanego wysięgnika pulpitu sterowania
<b>0146AI</b>	Płytkę tylną głowicy Medex
<b>014607</b>	Zacisk stołowy pulpitu sterowania
<b>0146CA</b>	Łatwy do regulacji wieszak środka kontrastowego
<b>014617</b>	Mocowanie podłogowe zasilacza
<b>015343</b>	Półka pomocnicza

**Kontakt w Stanach Zjednoczonych:**  
ACIST Medical Systems, Inc.  
7905 Fuller Road  
Eden Prairie, Minnesota 55344  
Telefon: (952) 995-9300

**Kontakt w UE:**  
ACIST Europe B.V.  
Argonstraat 3  
6422 PH Heerlen  
Holandia  
Telefon: +31(0) 45 750 7000

**Kontakt w Azji:**  
ACIST Medical Systems Shanghai  
Jing Road, Room 1008  
Jing'An District  
Szanghaj 200041 Chiny  
Telefon: +86 21 5385 1515

**Zapraszamy na nasze strony:**  
[www.acist.com](http://www.acist.com)

ACIST CVi i AngioTouch są zarejestrowanymi znakami towarowymi ACIST Medical Systems, Inc., w Stanach Zjednoczonych. ACIST Medical Systems, Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i funkcji opisanych w niniejszym dokumencie oraz do zaprzestania produkcji opisanego produktu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia lub innych zobowiązań. W celu uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym firmy ACIST. © 2016 ACIST Medical Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nr kat.: 1115.428.02\_EU