

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn**

Dotyczy: Bronchofiberoskop – Zestaw do bronchofiberoskopii – 1 szt.

Wyjaśnienia

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu do bronchofiberoskopii składającego się z:

- 1 szt. monitora - platformy medycznej:
 - kolorowy wyświetlacz TFT LCD
 - przekątna 12,8 cala
 - rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli
 - wyjście video: HDMI i 3G-SDI
 - wbudowana pojemność przechowywania 32 GB
 - zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych
 - kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM
 - nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk z możliwością ich przeglądania
 - wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów
 - korekcja ostrości obrazu, adaptacyjna kontrola światła
- 25 szt. bronchofiberoskopów (występujących w 3 rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego) z zestawem zamkniętym do pobierania BAL z obu oskrzeli:
 - pole widzenia 85°
 - minimalne wychylenie końcówki roboczej góra – dół: 180° – 160°
 - średnica zewnętrzna tuby wzornikowej (części roboczej) 5,8 mm; (maksymalna średnica części roboczej 6,3 mm)
 - średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 6,2 mm
 - głębia ostrości 6-50 mm
 - średnica kanału instrumentalnego max. 2,8 mm
 - długość robocza sondy wzornikowej 600 mm
 - platforma medyczna stanowiąca źródło przekazu obrazu – oświetlenie LED
 - kierunek patrzenia 0°
 - bronchofiberoskop przekazuje obraz na monitor zewnętrzny
- 5 szt. kleszczyków typu krokodyl
z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)