

DZPZ/333/14UEPN/2020

Olsztyn dn.18 czerwca 2020r.

**Do wiadomości uczestników postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

**ul. Żołnierska 18**

**10 – 561 Olsztyn**

**WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn. **Urządzenia medyczne** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2020/S 110-266538 z dnia 09.06.2020r*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**CZĘŚĆ NR 4 - APARAT DO DEKONTAMINACJI - ROBOT UVD**

1. Czy Zamawiający dopuści w części nr 4 do złożenia oferty na urządzenie (Robot UVD), które nie jest urządzeniem medycznym, aczkolwiek spełnia dyrektywy:
  - 1.1. 2006/42/EC z 2006-05-17 (The EU Machinery Directive Annex II 1A)
  - 1.2. 2014/53/EU z 2014-04-16 (The RE directive)
  - 1.3. 2011/65/EU z 2011-06-08 (The RoHS directive)

Robot UVD, który chcemy Państwu zaoferować jest obecnie wykorzystywany do dekontaminacji i dezynfekcji w takich szpitalach jak:

**Chiny**

Wuhan Thunder God Hospital  
Wuhan Xiehe Hospital  
Xiangya Hospital of Central South University

**Włochy**

Petruzzi Hospital Group  
Ospedale di Civitavecchia  
Ospedale di Ancona  
Policlinico Umberto I Roma  
Ospedale di Cremona

Pełna lista szpitali w załączeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zakresie części nr 4 urządzenia, które nie jest urządzeniem medycznym.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w części nr 4 na dostarczenie 1 referencji na dostawę 2 sztuk Robotów UVD, o łącznej wartości wyższej niż 500 000 zł netto (2x250 000zł)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla części nr 4, w zakresie **zdolności technicznej lub zawodowej** - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej **1 dostawę** która odpowiada rodzajem\*) i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00.

**W wyniku powyższych wyjaśnień Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.**

Dyrektor WSS w Olsztynie

**Irena Kierzkowska**  
(Podpis osoby uprawnionej)