

DZPZ/333/18UEPN/2018

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

do wiadomości uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców dostaw urządzeń medycznych (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2018/S 134-304958 z dnia 14.07.2018r.*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy części nr 19 - aparat do znieczulania

Część 19 lp. 20) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w 12” ekran dotykowy aparat do znieczulenia, który będzie dostarczony w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną (2 szt. w różnych rozmiarach), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 250 cm zakończonym końcówką typu AGA oraz 10 jednorazowych układów do znieczulenia wraz z liniami próbkującymi?

Odpowiedź:

TAK, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu z powyższym rozwiązaniem przy czym końcówkę AGA należy sprawdzić z gniazdem zamawiającego.

W związku z powyższą odpowiedzią modyfikacji ulega formularz parametrów oferowanych i ocenianych w zakresie części nr 19, który zostaje umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(podpis osoby uprawnionej)