

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4.8. jako zapytanie ofertowe na dostawy sprzętu medycznego dla SKOR-u.

Dotyczy: Części nr 4 – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej – 3 szt.

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 810 mm i długości całkowitej 2100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania wózka o podanych parametrach.

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 580 - 910 mm, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza górną regulację do 910 mm dolna 420 mm.

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający pozycję Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0° – 14,5°, regulacja odbywa się za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej z boku wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego pozycję Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0° – 14,5° przy zachowaniu pozostałych parametrów.

4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający pozycję anti-Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0° – 13,5°, regulacja odbywa się za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej z boku wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego pozycję anti-Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0° – 13,5° przy zachowaniu pozostałych parametrów.

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający dźwignię nożną regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną od strony wezglowia po obu stronach wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania wózka o podanych parametrach.

6. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek posiadający pod leżem listwę chromowaną o długości ok. 400 mm do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania wózka o podanych parametrach.

7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek posiadający chromowaną szynę o długości ok. 300 mm umieszczoną od strony wezglowia w szczycie wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania wózka o podanych parametrach.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w szyny opisane w pkt. 10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu.

9. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek posiadający na szczytach wózka uchwyty ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem: od strony wezglowia składane pod leże uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami, z możliwością blokady podczas transportu, a od strony nóg duży chromowany uchwyt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o podanym powyżej rozwiązaniu.

10. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradła jednorazowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu.

11. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści wózek posiadający ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-75° - regulacja płynna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-75° z płynną regulacją.

12. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek posiadający ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-23,5° - regulacja płynna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-23,5°.

13. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania wózka o podanych parametrach.

14. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne o długości 1400 mm składające się z 2 poziomych i 6 pionowych poprzeczek o wysokości 390 mm powyżej leża; barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listwę odbojową na całej długości, spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania wózka o podanych parametrach.

15. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne opuszczane za pomocą jednego uchwyty/dźwigni charakterystycznie oznaczonej kolorem czerwonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w barierki boczne opuszczane za pomocą jednego uchwyty/dźwigni charakterystycznie oznaczonej wyrazistym kolorem np. czerwonym.

16. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek, którego podstawa osłonięta jest obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta; osłona podwozia niedemontowalna?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 22.

17. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści wózek posiadający bezpieczne obciążenie robocze wózka 320 kg, bez potwierdzenia przez niezależny instytut badawczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga potwierdzenia przez niezależny instytut badawczy dla zaoferowanego obciążenia.

18. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści wózek posiadający możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów, rama wózka w kolorze jasno szarym?

Odpowiedź:

Zapytania bezpodstawne.

Dotyczy: Części nr 5 – Łóżka z wagą – 2 szt.

19. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające 4 panele sterujące wbudowane w barierki boczne zabezpieczające przy wezglowiu tj. 2 panele kontrolne znajdujące się od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz 2 panele kontrolne znajdujące się od strony zewnętrznej dla personelu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 2.

20. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści łóżko posiadające główny panel kontrolny dla pielęgniarek z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka tj. dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczytce od strony nóg lub głowy pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

21. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające system ważenia pacjenta bez funkcji wykrywania ruchów pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 4.

22. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość przedłużenia leża łóżka o 300 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka posiadającego możliwość przedłużenia leża łóżka o 300 mm.

23. Czy (w pkt. 13 i 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające dźwignię hamulca centralnego i koła kierunkowego dostępną od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 13 i 14.

24. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji wysokości platformy materaca w zakresie od 42 cm do 82 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe zakresy regulacji.

25. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające uniwersalne listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego na dużych odcinkach po obu stronach leża (2 główne + 2 dodatkowe np. na płyny fizjologiczne)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 18.

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające systemu opisanego w pkt. 20?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga parametru opisanego w pkt.20.

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 21?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 21.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)