

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4.8. jako zapytanie ofertowe na dostawy sprzętu medycznego dla SKOR-u.

1. Dotyczy Części nr 5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia łóżka w oparcie pleców przeziernie dla promieni Rtg?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia łóżka w oparcie pleców przeziernie dla promieni Rtg.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)