

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

*Do wszystkich uczestników postępowania*

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wyroby medyczne oraz produkty lecznicze do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów** (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2022/S 005-006043 z dnia 7 stycznia 2022r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

### **Pytanie 1 – część 1 poz. 5 – zał. Nr 2 SWZ Formularz cenowy.**

Czy Zamawiający w ramach poz. 5 dopuści płyn substytucyjny lub dializacyjny do terapii nerkozastępczej z antykoagulacją cytrynianową w dwukomorowych workach o pojemności 5000 ml zawierający fosforany w przedziale 1 lub 1,2 lub 0 mmol/l, sód o wartości 140 mmol/l, wapń 0 lub 1.25 lub 1.75 mmol/l, potas 0 mmol/l lub 2 mmol/l lub 4 mmol/l, wodorowęglan 22-32 mmol/l.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy skład płynu pod warunkiem zachowania fosforanów.

### **Pytanie 2 – część 1 poz. 12 – zał. Nr 2 SWZ Formularz cenowy.**

Czy Zamawiający dopuści aparaty do ciągłych terapii nerkozastępczych z możliwością przeprowadzenia zabiegów: CVVH pre i/lub postdylucji, SCUF, CVVHD, CVVHDF pre i/lub postylucji, TPE, HP z możliwością podłączenia między innymi **Kasety ECCOR ( PrismaLang plus)** z możliwością zapamiętania i zmiany domyślnych parametrów dla zabiegu? Zakresy prędkości i przepływów to krew: 10-450 ml/min, Substytut: 0-8000 ml/godz., Dializat: 0-8000 ml/godz., pompa PBP do podaży Cytrynianu: 0,10-4000 ml/godz., z maksymalnym przepływem pompy ultrafiltratu: 0-10000 ml/godz oraz terapii heparynowej. Aparaty wyposażone w grawimetryczną kontrolę płynów opartych na 5 wagach z zakresem pomiaru 0-11 kg. Opcje antykoagulacji to ogólnoustrojowa zintegrowana pompa strzykawkowa automatycznie dozująca chlorek wapnia lub glukonian wapnia, regionalna cytrynianowa ze zintegrowaną pompą strzykawkową, cytrynianowa dla TPE z zewnętrzną pompą strzykawkową oraz możliwość terapii bez antykoagulacji, zintegrowany system zarządzania alarmami, ultradźwiękowy detektor powietrza, detektor przecieku krwi, detektor wycieku krwi, neutralizację ładunków elektrostatycznych z rezerwową baterią zapewniającą ciągłość pracy przez 30 min. Monitorowane ciśnienia to ciśnienie napływu, ciśnienie powrotu, ciśnienie przed filtrem oraz ciśnienie płynu odprowadzającego. Do aparatu występują w pełni zintegrowane i fabrycznie połączone zestawy terapeutyczne, które automatycznie są ładowane, wypełniane i sprawdzane. Aparaty w zależności od modelu wyposażone są w **15 calowy kolorowy 16 bitowy o wysokiej rozdzielczości monitor LCD** pokazujący wszystkie istotne dane zabiegu, obracany w każdej możliwej płaszczyźnie. Posiada możliwość podłączenia worków na płyn odprowadzający 5l, 9l oraz **bezobsługowy zestaw płynu odprowadzanego do kanalizacji bez limitu litrów**. Aparaty posiadają komorę odpowietrzającą z automatycznym czujnikiem poziomu cieczy. Posiadają również możliwość przerwania zabiegu w trybie recyrkulacji do godziny bez zwrotu krwi oraz do dwóch godzin ze zwrotem na soli fizjologicznej. Istnieje możliwość osiągnięcia trybu pielęgnacji poprzez wejście w tryb „Zmiany worka”, z możliwością kompensacji w wyniku utraconej dawki po ponownym uruchomieniu zabiegu?

W zestawie z aparatem jest podgrzewacz krwi dwuliniowy w obudowie podgrzewający krew do pacjenta w zakresie temperatur 35-38 st. Celsjusza. Aparat posiada intuicyjny system zarządzania, sześć pomp, cztery niezależne blokowane koła do łatwego przemieszczania, uchwyty na obudowie do łatwego sterowania aparatem.

Proponujemy, pełen serwis z częściami zamiennymi, możliwość zgłaszania awarii 24h/d/365d/rok , instrukcję obsługi w języku polskim.

***Odpowiedź:***

Zamawiający w *Formularzu cenowym* podał bardzo ogólny opis aparatów. Natomiast w załączniku nr 7 do SWZ (*Formularz parametrów ocenianych*) przedstawił, jako parametry do oceny, istotne dla niego kryteria. Dlatego też, w ocenie Zamawiającego powyższy wniosek o dopuszczenie opisanego aparatu jest bezzasadny.

*(Podpis osoby uprawnionej)*