

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy: **Wyposażenie Oddziału Nefrologii w sprzęt medycznego i niemedyczny.**

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn
Strona: www.wss.olsztyn.pl
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00
Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

lp.	Opis	j.m.	ilość
1.	<p>Regulator próżni z wyposażeniem. Zawór czerpalny ssaka: Regulacja ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 0 do 0,8 bara; Podłączenie do centralnej próżni bezpośrednio do gniazda typu AGA; Ssak wyposażony w butelkę z poliwęglanu - pojemnik zabezpieczający o poj. min. 250 ml; Temperatura sterylizacji butelki z poliwęglanu 120 st. C, Wyposażenie ssaka: - dwa pojemniki wielorazowe o pojemności 2 l.; - wkład jednorazowy do pojemnika 2 l., 20 szt. na ssak; - statyw jezdny umożliwiający zamocowanie zamocowanie pojemników; - wąż silikonowy do podłączenia pojemniki ssaka z pojemnikiem zabezpieczającym (dopuszcza się rozwiązanie w którym zawór czerpalny jest mocowany do statywu jezdny i podłączony do centralnej próżni poprzez wąż do gniazda typu AGA.). Gwarancja minimum 48 miesięcy. Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem.</p>	Szt.	12
2.	<p>Dozownik tlenu z nawilżaczem. Dozownik z nawilżaczem mocowany bezpośrednio do punktu typu AGA; Ciśnienie wejściowe dozownika 5 barów; Zakres regulacji przepływu 0-17 l/min; Wskaźnik regulacji przepływu 0-17 l/min; Zasilanie z centralnej instalacji tlenu od min. 4 barów do 6 barów; Dozownik umożliwia podłączenie pojemników jednorazowych RespiFlo 500 ml. Gwarancja minimum 48 miesięcy. Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem.</p>	Szt.	12
3.	<p>Wózek siedzący do transportu chorych standardowy, łatwy do utrzymania w czystości, odchylane i ściągane podnóżki, wyciągane podłokietniki, duża wytrzymałość ramy min. 130 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	Szt.	1
4.	<p>Wózek do pielęgnacji chorych. Wózek z dwoma szufladami w dolnej partii, z dwukomorową, dwudrzwiową szafką z półką, wykonany ze stelaży z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor z możliwością wyborku, wypełnienie z płyty meblowej obustronnie, laminowanej, odpornej na korozję, podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą, kosz z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne z pokrywką na odpady. Błat i podstawa z ABS, odpornego na korozję, wymiary (szer x gł x wys) 620x50x1100. Wysokość szuflad 200mm i 300mm (+/- 20 mm). Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	Szt.	1

5.	Wózek opatrunkowy. Wózek z metalowym szkieletem, lakierowany proszkowo, odporny na korozję, wyjmowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą, wymiary (dł x szer x wys) 645mm x 425 mm x 905 mm (+/- 20 mm). Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	1
6.	Wózek do biopsji nerki. Konstrukcja wózka wykonana z tworzywa ABS, łatwa w dezynfekcji i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Cztery cichobieżne podgumowane kauczukowe koła zapewniające sprawność, zwrotność oraz komfort prowadzenia wózka. Blokada jazdy na dwóch kołach. Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka ułatwiający kontrolę podczas transportu. Trzy półki wyposażone w relingi służące do składowania przedmiotów w wózku. Wymiary (wys x szer x gł) 940 mm x 775 mm x 455 mm (+/- 20 mm). Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	1
7.	Wózek platformowy. Składany, o nośności do 150 kg do transportu wewnątrzdziałowego, powierzchnia użytkowa stalowa, laminowana z powłoką antypoślizgową. Wyposażony w 4 koła, kauczukowe. Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	1
8.	Waga elektroniczna. Waga z wzrostomierzem i funkcją pomiaru BMI. Obciążenie do 300kg, wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie), gumowe stopki umożliwiające regulację poziomu platformy, wbudowany interfejs RS232 (kabel do PC w zestawie), opcje TARA, HOLD, BMI, PRINT, zakres pomiaru wzrostomierza +/- 60-200 mm, podziałka 1 mm. Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	1
9.	Pulsyksometr napalmowy. Wyświetlacz wysokiej rozdzielczości (128x64 piksele, kolorowy OLED), saturacja zakres 70-100% SpO2 – dokładność +/- 2%, tętno zakres 25-250 bpm – dokładność pomiaru +/- 3%, sensory – światło czerwone 660nm, światło podczerwone: 905 nm, źródło zasilania 2 baterie 1,5 V typu AAA, Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	2
10.	Statyw do kroplówek. Jezdny, stabilny, podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na środki dezynfekcyjne, wyposażony w koła jezdne, nie pozostawiające śladów. Regulowana kolumna z co najmniej 4 wieszakami do kroplówek, wytrzymałymi na obciążenia rzędu 2 kg, z możliwością zamontowania pompy infuzyjnej. Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	6
11.	Parawan medyczny. Jezdny, jednoskrzydłowy z ekranem wykonanym z pleksy. Parawan stabilny, łatwy do utrzymania w czystości. Wymiary wys – 180 cm, szer – 96 cm, waga z płytą ok. 10 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	2
12.	Kozetka lekarska. Leże dwuselekcyjne, tapicerowane, łatwozmywalne. Uchwyt rolki prześcieradła od strony wezglowia. Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki. Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	1
13.	Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia. Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z dużą czytelną tarczą o wymiarach 200x200mm, mocowany w ścianie, zakres pomiarowy – 0-300mmHg, długi spiralny przewód, koszyk na mankiet, rozmiar mankieta standardowy. Gwarancja minimum 24 miesiące	Szt.	1
14.	Aparat do pomiaru tętniczego krwi. Wyposażony w mankiet standardowego rozmiaru, wykonany z mocnego tworzywa odpornego na dezynfekcję	Szt.	1
15.	Termometr do kontroli ciepłoty ciała, dobrej jakości, umożliwiający dokładny pomiar temperatury.	Szt.	1
16.	Stetoskop internistyczny, dwustronny, dobrej jakości, głowica wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, miękkie oliwki i „ciepłe” główki głowicy	Szt.	1
17.	Ramka do kart gorączkowych. Z ochroną danych osobowych. Wymiar karty A-4 w układzie poziomym. Wymiar zew. 320x200 mm. Materiał plastik / twarde PCV / o grubości 2 mm, kolor biały. Szczelina do wsuwania karty 8 mm. Zaczep do szczytu łóżka / standardowo 35 mm, wzmocniona nitkami niklowanymi.	Szt.	1
18.	Wózek inwalidzki. - Stalowa rama krzyżakowa, - Składana konstrukcja ramy,	Szt.	2

	<ul style="list-style-type: none"> - Wytrzymałe siedzisko z materiału wodo-odpornego, - Miękkie, długie podłokietniki z funkcją uchylania, - Koła tylne lane, bezdętkowe, wykonane z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, - Przednie koła skrętne, lane, bezdętkowe wykonane z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, - System hamowania dla pacjenta i opiekuna - Uchylne podnóżki, podnóżki zabezpieczone przed łatwym demontażem, - Bezpieczne obciążenie min. 140 kg, - Szerokości siedziska: szer. 45 cm, +/- 1 cm - Produkt medyczny, atestowany, <p>Gwarancja 24 miesiące i dostępność części zamiennych przez 24 miesiące po okresie gwarancji.</p>		
19.	<p>Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy. Materac przeciwoodleżynowy wykonany w technologii Cell In Cell dla pacjentów z odleżynami do V stopnia. Długość 200 cm, szerokość 86 cm, wysokość 20 cm (+/- 5 cm). Limit wagi pacjenta: 210 kg. Komory napełniane na przemian (co druga), czujnik kontroli obciążenia regulujący bezobsługowo ciśnienie zależnie od wagi i pozycji pacjenta w zakresie 70mmHg – 12 mmHg, pompa kontrolująca wilgotność powietrza, pompa cyfrowa umożliwiająca wybór cyklu 3,5,9,12 min, 20 poprzecznych komór o wysokości 20 cm w pokrowcu, pokrowiec przepuszczający parę wodną, nieprzepuszczający cieczy, funkcja siedzenia (utwardzanie trzech komór na czas siadania), funkcja poduszki (stałe ciśnienie w pierwszych trzech komorach), tryb pracy statycznej, alarm niskiego ciśnienia, zawór CPR, Matera do położenia bezpośrednio na łóżko, bez potrzeby użycia dodatkowego materaca. Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	Szt.	3
20.	<p>Krzeseł z oparciem i siedziskiem, łatwo zmywalnym, na 4 metalowych nogach, o konstrukcji metalowej z kubelkiem wykonanym z mocnego, atestowanego polipropylenu w różnych kolorach do wyboru Zamawiającego. Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	Szt.	22
21.	<p>Krzeseł na 4 metalowych nogach, siedzisko w kształcie koła, wykonane z profilowanej sklejki bukowej, z metalu odpornego na korozję, wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie, w różnych kolorach do wyboru Zamawiającego. Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	Szt.	10
22.	<p>Krzeseł obrotowe o szerokim siedzisku z podłokietnikami, wykonane na solidnej konstrukcji, z poszyciem oparcia wykończonego siatką, zapewniającą mikrowentylację pleców. Wymiary siedziska ok. 50x53 cm, oparcia ok./ 47x72 cm, wysokość siedziska ok. 45-55 cm, szerokość całkowita ok. 60 cm, głębokość całkowita ok. 56 cm. Oparcie i siedzisko łatwo zmywalne; szare lub czarne. Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	Szt.	12
23.	<p>Kosz pedałowy na odpadu komunalne, medyczne o pojemności 20 L. Kosz na odpady 20 l, wymiary śr x wys: 29x44,5 cm (+/- 1 cm), wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo (odporność na korozję), kolor biały. Pedał i zawias wykonany z matowej stali nierdzewnej. Wytrzymały i łatwy do utrzymania w czystości (możliwość dezynfekcji). Pokrywa zapachoszczelna, wolnoopadająca z podwójnym zawiasem (otwarta ręcznie pozostaje w pozycji pionowej, gdy za pomocą pedału opada automatycznie). Stabilny uchwyt z tyłu kosza, spód wyposażony w podstawę zapobiegającą rysowaniu podłogi. Wewnętrzne wyjmowane plastikowe wiaderko. Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	Szt.	58
24.	<p>Dozownik ścienny na 3 pudełka rękawiczek jednorazowych o wymiarach 245x100x477 mm</p>	Szt.	4
25.	<p>Koc. Wymiary 160/200 mm, dobrej jakości, przystosowane do częstego prania w wysokiej temperaturze</p>	Szt.	20
26.	<p>Poduszki. Z wypełnieniem, przystosowane do częstego prania w wysokiej temperaturze</p>	Szt.	12

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe.

Zamawiający nie przewiduje zmian w parametrach poszczególnych pozycji asortymentowych.

III. Termin wykonania zamówienia:

- 30 dni od dnia podpisania umowy

IV. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Katalogi / ulotki lub foldery zawierające dokładne opisy zaoferowanego asortymentu w języku polskim, z zaznaczeniem której pozycji opisy dotyczą, (jeżeli katalog lub ulotka jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski).
3. Formularz cenowy
4. Jeżeli oferowany produkt jest wyrobem medycznym - dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć
 1. Dla wyrobów klasy I - deklaracje zgodności CE;
 2. Dla wyrobów klas: I z funkcją pomiarową, I jałowej i IIa – deklaracje zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności;
 3. Dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE
 4. Dla wyrobów medycznych będących zestawem lub systemem zabiegowym w którym wszystkie elementy oznaczone są znakiem CE – oświadczenie określone w art. 30 ust. 1. Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
 5. Dla wyrobów medycznych będących systemem lub zestawem zabiegowym zawierającym wyrób medyczny nieoznakowany znakiem CE lub gdy wybrana kombinacja wyrobów medycznych nie jest kompatybilna, biorąc pod uwagę ich pierwotne przewidziane zastosowanie – Dokumenty potwierdzające, że zestaw lub system został poddany ocenie zgodności. Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć

VI. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny dla poszczególnych pozycji.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 2 września 2016 roku do godziny 14.30** na adres:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 – 561 Olsztyn**

lub skan **oryginału dokumentów** wysłać na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl.

VIII. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Projekt umowy
2. Załącznik nr 2 – formularz cenowy

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska

(*Podpis osoby uprawnionej*)