	część 13	X	Y	Z	A	B	C = A*B	V	D	E = F/A	F = C+D
	Przedmiot Zamówienia	opis produktu oferowanego (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia	Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze)	jedn. Miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm - 60 62 cm , do rurek tracheotomijnych o długości 30 cm - 36,5 cm z zastawką lub z adapterem w komplecie posiadającym zastawkę . rozmiar: 12 Fr, 14Fr, 16 Fr. Zestaw składający się z jednej części (bez wymiennych części cewnika)	Zgodnie z odpowiedziami z dnia 08.11.2022 – Zamawiający dopuszcza: **Zamknięty system do odsysania:** **- rurki intubacyjnej 12/14/16 dł. 56 cm 72 godz.+ dodatkowo CH 16 o długości 62 cm** **- rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm 72 godz.** System składający się z : Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki , zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.oraz system do odsysania w układzie zamkniętym do rurki intubacyjnej w dodatkowym rozmiarze CH18 na 48h o długości 54cm	Klasa medyczna IIa 43.004.57.120; 43.004.57.140; 43.004.57.160; 43.004.57.162; 43.004.57.121; 43.004.57.141; 43.004.57.161; 43.004.60.180; P.J. Dahlhausen & Co. GmbH; Niemcy; Zamknięty system odsysanie Optiflo; 72H/48H dla CH18)	szt.	285	47,00 zł	13 395,00 zł	8%	1 071,60 zł	50,76 zł	14 466,60 zł
						Wartość netto	13 395,00 zł				
								wartość VAT	1 071,60 zł		
										wartość brutto	14 466,60 zł