

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości uczestników postępowania

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENÍ TREŚĆI SIWZ

Z DNIA 20.09.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Mammograf cyfrowy, półka do macierzy** (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2019/S 164-402228 z dnia 27.08.2019r).

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 45 i 48 dokonuje poniżej sprostowania.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ punkt 30 - Prosimy o potwierdzenie, że możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze lampa na dole) ma być dostępna zarówno dla badań 2D jak również dla tomosyntezy.

Właściwa odpowiedź to:

Cytowany zapis, zamawiający rozumie jako możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze lampa na dole) dostępna dla badań 2D.

Pytanie 48:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ punkt 37 - Prosimy o wyjaśnienie czy przez zapis w w/w punkcie „Automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18x23 (+/- 1cm) w projekcjach MLO” Zamawiający rozumie automatyczne przesuwanie płytki i kolimacji?

Właściwa odpowiedź to:

Cytowany zapis, Zamawiający rozumie jako ręczne przesuwanie płytki uciskowej natomiast automatyczne przesuwanie kolimacji.

Dyrektor WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)