

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn**

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art.4.8 ustawy Pzp jako zapytanie ofertowe.

Część nr 4 (15) – Wózek anestezyjologiczny – 1 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy do **6 tygodni**.

2. Czy (w pkt. 1 i 3) Zamawiający dopuści wózek posiadający konstrukcję (w tym ściany boczne i tylna) wykonane ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego konstrukcję (w tym ściany boczne i tylna) wykonane ze stali lakierowanej proszkowo.

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający 5 szuflad wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, fronty i uchwyty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem do wysuwania na całej długości, z miejscem na opis i oznaczeniem kolorystycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego 5 szuflad wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo.

4. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający wyciąg nadstawki z zestawem 10 uchylnych pojemników umieszczonych w dwóch rzędach (dwa rzędy po 5 pojemników), z uchwytem uniwersalnym na odpady ostre, uchwyt na kroplówkę z 2 haczykami, uchwyt na pudełko na rękawiczki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z zestawem 10 uchylnych pojemników.

5. Czy (w pkt. 6 i 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kosz/pojemnik na odpady otwierany kolanem o poj. 20l umieszczony z prawej strony wózka, pojemnik na cewniki mocowany z boku wózka z prawej strony oraz trzy uchylne, tworzywowe kuwety np. na akcesoria zamocowane z lewej strony wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z powyższym rozwiązaniem funkcjonalności.

DZPZ/333/292/2018

Olsztyn, 26 listopada 2018 r.

6. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek posiadający nad kołami krążki odbojowe chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego krążki odbojowe nad kołami.

7. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary 720 x 610 x 1080h mm (z wysięgnikiem nadstawki ok. 1650 mm)?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o podanych wymiarach.

8. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji z 4 do 7 tygodni od podpisania umowy. Wskazany przez Zamawiającego termin jest niemożliwy do spełnienia dla dostawy wózków, z uwagi na długość procesu produkcyjnego. Jest to standardowy czas realizacji zamówień dla tego sprzętu, biorąc pod uwagę fakt, że producent z uwagi na zbliżający się koniec roku odnotowuje kumulację zamówień, co również wydłuża również termin dostawy. Do tego dochodzi również tygodniowa przerwa w produkcji na przełomie 2018 i 2019 r. Wydłużenie terminu umożliwi nam złożenie oferty na przedmiotowy wózek.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Część nr 1 – Stół zabiegowy – 2 szt.

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach całkowitych po opuszczeniu barierki bocznej i uchwytów do prowadzenia wynoszących: 2000x830x610/940 mm, co nieznacznie odbiega od wartości wymaganych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o podanych wymiarach.

10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga wózka z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 61-94 cm, co jest zgodne z wymogiem postawionym w pkt. 1 i 2 opisu parametrów, a sprzeczne z wymogiem z pkt. 11.

Odpowiedź:

DZPZ/333/292/2018

Olsztyn, 26 listopada 2018 r.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z hydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie 0-90⁰, co jest wartością lepszą od wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z hydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie 0-90⁰.

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga wynoszącą 16⁰, co jest wartością lepszą od wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją pozycji Trendelenburga i i anti-Trendelenburga wynoszącą 16⁰.

13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z kołami jezdnyimi z systemem antystatycznym, koła cichobieżne, gumowe, niebrudzące podłoża, obrotowe na łożyskach kulkowych, Ø 200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, z systemem szybkiej jazdy na wprost.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka nie posiadającego obudowy kół.

14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wysięgnikiem kroplówki prostym, z regulacją wysokości i 2 haczykami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z wysięgnikiem z 2 haczykami.

15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o obciążeniu wynoszącym 240 kg (z akcesoriami 270 kg), co jest wartością lepszą od wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o obciążeniu powyżej 200 kg.

16. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji z 4 do 8 tygodni od podpisania umowy. Wskazany przez Zamawiającego termin jest niemożliwy do spełnienia dla dostawy przedmiotowych foteli, z uwagi na długość procesu produkcyjnego. Nie bez zaznaczenia jest również to, że producent z uwagi na zbliżający się koniec roku odnotowuje już kumulację zamówień, co również wydłuża również termin dostawy (wszystkie obecne zamówienia potwierdzone są z terminem realizacji na 2019 r.). Ponadto na przełomie 2018/2019 producent będzie miał 2 tygodniową przerwę w produkcji. Wydłużenie terminu umożliwi nam złożenie oferty na przedmiotowe stoły zabiegowe.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytania nr 1.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)