

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn**

Sprostowanie do wyjaśnień treści Zaprośzenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art.4.8 ustawy Pzp jako zapytanie ofertowe.

W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 10 Zamawiający dokonuje modyfikacji. Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Część nr 1 – Stół zabiegowy – 2 szt.

10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga wózka z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 61-94 cm, co jest zgodne z wymogiem postawionym w pkt. 1 i 2 opisu parametrów, a sprzeczne z wymogiem z pkt. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje stołu/wózka o wymiarach 2000-2120 x 800-830 x 450-610/940 (+/- 5 cm) mm.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)