

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości uczestników postępowania

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2. ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Dostawa sond do badań IVUS i przewodników do badań FFR wraz z dzierżawą systemu zintegrowanego do pomiarów IVUS/FFR/iFR i systemu do korejstracji** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00243550/01 z dnia 2021-10-25*).

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji systemu do 6 tygodni od daty podpisania umowy (§2 ust. 1)? Każdy system jest produkowany na zamówienie w USA, a potem transportowany do Polski, co może skutkować brakiem możliwości dopełnienia terminu 15 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji systemu do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy?

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu. Zapis dotyczący faksu zostaje wykreślony.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu na 4 godziny, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, bez dni wolnych od pracy (§3 ust. 5, ust. 7)? Reakcja serwisu rozumiana jest jako przyjęcie zgłoszenia po otrzymaniu maila lub telefonu i potwierdzenie przyjęcie takiego zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu na 4 godziny.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu przystąpienia do naprawy na 4 dni oraz czas usunięcia awarii na 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku dostępności części zamiennych w magazynie poza Polską czas naprawy może ulec wydłużeniu o te dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę czasu przystąpienia do naprawy na 4 dni oraz czas usunięcia awarii na 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku dostępności części zamiennych w magazynie poza Polską czas naprawy może ulec wydłużeniu o te dni.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii? Oferowane systemy są produkowane na zamówienie, dedykowane do każdego klienta i każdej umowy. Wykonawca nie ma możliwości posiadać takiego sprzętu na magazynie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na odstąpienie od dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii. W przypadku niemożności dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający zleci wykonanie badań na zewnątrz a różnicą w cenie obciąży Wykonawcę.

Wraz z powyższymi wyjaśnieniami SWZ zamawiający umieszcza na stronie zmodyfikowany projekt umowy.

Dyrektor WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)