

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art.4.8 ustawy Pzp jako zapytanie ofertowe na wybór dostawcy urządzeń medycznych – powtórka 2.

Dotyczy części nr 1 – Stół zabiegowy – 2 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji z 6 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Wskazany przez Zamawiającego termin zbyt krótki, z uwagi na długość procesu produkcyjnego przedmiotowych wózków (stołów zabiegowych). Ponadto, z uwagi na zbliżający się koniec roku producent odnotowuje kumulację zamówień, co wpływa na wydłużenie terminów dostaw. Poza tym, na przełomie 2018/2019 producent będzie miał 2 tygodniową przerwę w produkcji, co bezpośrednio wydłuży termin dostawy. Przychylenie się do naszej prośby umożliwi nam złożenie oferty na przedmiotowe stoły zabiegowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 8 tygodni.

2. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Czy Zamawiający w związku z pkt. 5 dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) z leżem wypełnionym płytami z hpl, z prowadnicami pod leżem o długości 112 cm (leże o długości 200 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu/wózka z leżem wypełnionym płytami z hpl, z prowadnicami pod leżem o długości 112 cm (leże o długości 200 cm).

4. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) bez możliwości współpracy z ramieniem C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu/wózka bez możliwości współpracy z ramieniem C.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) z konstrukcją ze stali malowanej proszkowo bez warstwy antybakteryjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu/wózka bez warstwy antybakteryjnej.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) z leżem opartym na systemie zbliżonym do pantografu (4 punkty podparcia)?

Odpowiedź:

DZPZ/333/316/2018

Olsztyn, 17 grudnia 2018 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka z leżem opartym na systemie zbliżonym do pantografu (4 punkty podparcia).

7. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) o wymiarach zewnętrznych 2185 x 870 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka o podanych wymiarach.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 460-800 mm?

Odpowiedź:

Podana powyżej regulacja mieści się w parametrze wskazanym przez Zamawiającego.

9. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) z materacem bez suwaka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka z materacem bez suwaka.

10. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) bez piątego koła?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka bez piątego koła.

11. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) wyposażony w koła nieantystyczne, o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka wyposażonego w koła nieantystyczne, o średnicy 150 mm.

12. Czy Zamawiający dopuści wózek do przetaczania pacjenta (2 szt.) wyposażony w barierki boczne lakierowane proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka wyposażonego w barierki boczne lakierowane proszkowo.

13. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) wyposażony z uchwyty do przetaczania wózka nie składane /opuszczane pod leże?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka wyposażonego w uchwyty do przetaczania wózka nie składane /opuszczane pod leże.

14. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta (2 szt.) z dwoma pedałami do regulacji wysokości leża, bez pedałów do regulacji funkcji Trendelburga i anty-Trendelburga (regulacja odbywa się za pośrednictwem dźwigni – sprężyna gazowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania stołu/wózka z powyżej opisanym rozwiązaniem.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)