

DZPZ/333/37PN/2020

Olsztyn dn. 25 września 2020r.

Do wiadomości uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn. **Urządzenia medyczne 3** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 586918-N-2020 z dnia 18.09.2020r*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZEŚĆ NR 2 – RESPIRATORY STACJONARNE

1. Ad Pkt: 6, 56, 57, 58: Czy Zamawiający dopuści do postępowania, respiratory wysokiej klasy z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala i prezentacją na nim:
 - 1.1. krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych;
 - 1.2. pętli oddechowych: ciśnienie/objętość;
 - 1.3. trendów mierzonych parametrów z 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

2. Ad pkt 58: Czy Zamawiający uzna za równoważny i przyzna maksymalną ilość punktów, za respirator wysokiej klasy, z prezentacją na kolorowym 15,6 calowym ekranie trendów mierzonych parametrów z 7 dni, z możliwością eksportu trendów z 31 dni?

Odpowiedź:

Parametr oceniany w związku z czym Zamawiający dokonuje zmiany tylko w zakresie wielkości ekranu: 15-18 cali.

3. Ad pkt 84: Czy Zamawiający dopuści respirator bez 10 kuwet jednorazowych do kapnometrii w strumieniu głównym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania respiratora bez 10 kuwet

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ.

Dyrektor WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)