

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą **Urządzenia medyczne w zakresie radiologii i okulistyki** (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2021/S 196-508056 z dnia 8 października 2021r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujący wniosek:

### **Część nr 1 - Aparat rentgenowski dwudetektorowy z zawieszeniem sufitowym**

#### **Dotyczy SWZ**

- 1. Rozdział IV** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie Części nr 1 do dnia 29 grudnia 2021 roku?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.

- 2. Rozdział VIII.1.1 oraz Rozdział X.1** - Z uwagi na to, iż numery katalogowe urządzeń podlegają częstym zmianom i w związku z tym nie są zamieszczane w folderach lub katalogach, prosimy o odstąpienie wymogu załączenia do oferty dokumentów zawierających tenże numer.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga podania numerów katalogowych „jeżeli występują”.

SWZ Rozdz. VIII ppkt..1.1. *Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/kart technicznych, zawierającego opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi – jeżeli występują, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzu parametrów wymaganych i ocenianych (załączniki nr 4 - 8 do SWZ).*

- 3. Rozdział VIII.1.1** - Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 4 do swz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga folderu/katalogu. *który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzu parametrów wymaganych i ocenianych – zapis nie powinien budzić wątpliwości.*

- 4. Rozdział VIII.1.1** - Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z

powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje potwierdzenia dla wszystkich parametrów zawartych w załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie tych parametrów.

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:**

5. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pozycji w formularzu cenowym. Zamawiający oczekuje w rezultacie faktury z pozycją: Aparat rentgenowski dwudetektorowy z zawieszeniem sufitowym.

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ:**

6. **Dot. Zał. Nr 4 do SWZ, III Kolumna Sufitowa, pkt. 11, 12, 13.** - Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wymagane zakresy ruchów w niniejszych punktach zależą wprost o wymiarów pomieszczenia instalacji – ze względu na jego gabaryty mogą mieć ograniczony zakres. Informujemy, iż oferowany przez nas system w pełni spełnia możliwe fizycznie do uzyskania zakresy:

- możliwy do uzyskania zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem to 3300 mm;
- możliwy do uzyskania zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem to 4700 mm;
- możliwy do uzyskania zakres pionowego ruchu kołpaka to 1800 mm;

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymagane jest podanie możliwych do uzyskania zakresów, zgodnie z danymi produktowymi.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga podania możliwych do uzyskania zakresów.

7. **Dot. Zał. Nr 4 do SWZ , V Stacjonarny statyw do zdjęć odległościowych, pkt. 10** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania statywu płucnego bez przycisku bezpieczeństwa. Przyciski bezpieczeństwa znajdują się po obu stacjonarnego stołu kostnego – w bezpośredniej bliskości statywu do zdjęć odległościowych. Jednocześnie operator ma do dyspozycji wyłącznik bezpieczeństwa zintegrowany w konsoli stacji technika. Takie rozmieszczenie wyłączników bezpieczeństwa zapewnia możliwość szybkiego przerwania działania systemu w przypadku sytuacji awaryjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania statywu bez przycisku bezpieczeństwa.

8. Zwracamy uwagę Zamawiającego na oczywiste omyłki pisarskie w Zał. Nr 4 do SWZ:
- Pkt VI Bezprzewodowy detektor cyfrowy: w stole kostnym;

- VI Bezprzewodowy\_detektor cyfrowy: w stole kostnym, pkt 3: Detektor mobilny, ładowany w stole;
  - VI Bezprzewodowy\_detektor cyfrowy: w stole kostnym, pkt 11: Możliwość wyjmowania detektora i bezprzewodowej pracy poza statywem i poza stołem
  - VI Bezprzewodowy\_detektor cyfrowy: w stole kostnym, pkt 13: **Możliwość ładowania detektora** w stole i statywie
  - VI Bezprzewodowy\_detektor cyfrowy: w stole kostnym, pkt 14: Możliwość wyjmowania detektorów **VI i VII** oraz zmieniania ich miejsca działania (stół- statyw; statyw stół)
  - Pkt VII **Bezprzewodowy** detektor cyfrowy: w statywie do zdjęć odległościowych;
  - VII Bezprzewodowy\_detektor cyfrowy: w statywie do zdjęć odległościowych, pkt 11: Możliwość wyjmowania detektorów **VI i VII** oraz zmieniania ich miejsca działania (stół- statyw; statyw stół)
- Uprzejmie prosimy o poprawienie wskazanych omyłek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 w zakresie omyłek wskazanych powyżej.

**9. Dot. pkt X.3**

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zapewni wymagane łącze.

**10. Dot. pkt X.10. -** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu pozycjonerów.

**Odpowiedź:**

Zestaw do pozycjonowania pacjenta zwiększający komfort pracy oraz wygodę pacjenta, pozycjomery nie mogą mieć metalowych plastikowych elementów, zrobione z materiałów wytrzymałych na uszkodzenia mechanicznie, praktycznie z całkowitą przeziernością materiału na promieniowanie jonizujące, wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej. Jedne zestaw składa się z 10 elementów pozycjonujących.

**11. Dot. pkt X.12. -** Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę dostarczenie fartuchów wykonanych z lekkiego materiału, dwuczęściowych, w formie garsonki składającej się z dwóch części (kamizelki i spodnicy, obie części zapinane są na zakładkę).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**12. Dot. pkt X.14 -** Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy dostawcy systemu PACS.

**Odpowiedź:**

Dostawcą systemu PACS jest: Dagosys M.Pichola, R.Klimek sc, [www.dagosys.pl](http://www.dagosys.pl)

**Dotyczy prac adaptacyjnych:**

13. Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

14. Prosimy o podanie parametrów pomieszczeń (pomieszczenia badań, sterowni): wymiarów, wysokości pomieszczeń: podłoga-strop, podłoga-belka (podciąg)/ inne elementy konstrukcyjne, podłoga- sufit podwieszany. Prosimy o udostępnienie rysunków.

**Odpowiedź:**

W załączeniu dokumentacja wg. której została wykonana istniejąca pracownia gdzie zainstalowany jest obecnie pracujący aparat podlegający wymianie na nowy wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu.

15. Prosimy o przekazanie informacji dotyczących konstrukcji stropów pod i nad pomieszczeniem RTG.

**Odpowiedź:**

W załączeniu dokumentacja wg. której została wykonana istniejąca pracownia gdzie zainstalowany jest obecnie pracujący aparat podlegający wymianie na nowy wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu TK. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie o uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na eksploatację aparatu oraz uruchomienie pracowni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia odbyły się zgodnie z harmonogramem podanym powyżej.

17. Prosimy o potwierdzenie, że będzie możliwość dojazdu do budynku samochodu z dostawą urządzenia – samochód typ SOLO oraz wyłączenie placu do rozładunku dostawy około o wymiarach 20 x 15 m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza możliwość dojazdu.

18. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku istnienia ograniczeń wjazdu do miejsca dostawy Zamawiający wyrazi zgodę lub uzyska własnym staraniem zgodę na przejazd/ dojazd transportu?

**Odpowiedź:**

Na terenie Zamawiającego nie ma ograniczeń wjazdu i przejazdu. Dojazd do posesji Zamawiającego odbywa się drogami publicznymi. Dostawcy innych urządzeń do tej pory nie zgłaszali żadnych problemów z dojazdem. Nie wiemy skąd i jakim sprzętem Wykonawca planuje dostawę więc to na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia dróg.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotowuje zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi drogę transportu urządzenia od placu rozładunku do pomieszczenia pracowni RTG.

**Odpowiedź:**

W pierwszej kolejności aparat będzie dostarczony i składowany w magazynie Zamawiającego. Po przygotowaniu pomieszczeń przez Zamawiającego należy przetransportować aparat do innego budynku w którym będzie zamontowany. Przygotowanie transportu po stronie Wykonawcy.

20. Czy niezbędne będzie poniesienie opłat związanych z realizacją dostawy i instalacji urządzenia między innymi dotyczącymi parkowania pojazdów, zużycia energii elektrycznej, ochrony w przypadku wejścia na teren obiektu, itp.? Jeżeli tak. Prosimy o podanie wysokości tych opłat.

**Odpowiedź:**

Opłaty nie będą pobierane.

21. Prosimy o potwierdzenie, że roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń do instalacji urządzeń będą wykonane przez Zamawiającego zgodnie z przekazanymi przez wykonawcę wytycznymi instalacyjnymi.

**Odpowiedź:**

Tak, roboty budowlane będą wykonane przez Zamawiającego wg dostarczonej przy składaniu oferty aranżacji instalacyjnej aparatu w wskazanych pomieszczeniach wraz z wytycznymi instalacyjnymi.

22. Czy Zamawiający dysponuje projektem osłon stałych zatwierdzonych przez WSSE dla pomieszczenia, które wskazano do montażu aparatu RTG? Prosimy o jego udostępnienie.

**Odpowiedź:**

W załączeniu dokumentacja wg. której została wykonana istniejąca pracownia gdzie zainstalowany jest obecnie pracujący aparat podlegający wymianie na nowy wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu.

23. Prosimy o przekazanie informacji dotyczących funkcji sąsiadujących pomieszczeń (nad, pod, obok) w stosunku do pomieszczenia RTG.

**Odpowiedź:**

Po lewej stronie znajduje się Pracownia Mammografii, po prawej stronie Pracownia Rtg ze wspólną sterownią, od czoła korytarz z poczekalnią, u góry i na dole sale chorych.

24. Prosimy o podanie ilości planowanych badań realizowanych w ciągu tygodnia.

**Odpowiedź:**

W ciągu tygodnia Zamawiający wykonuje ok. 200 badań.

25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona wymagane osłony dla pomieszczenia RTG i zagwarantuje skuteczną ochronę dla ludzi przed promieniowaniem RTG, jeżeli okaże się, że istniejące osłony są niewystarczające.

**Odpowiedź:**

Tak, osłony będą wykonane przez Zamawiającego wg dostarczonej przy składaniu oferty aranżacji instalacyjnej aparatu w wskazanych pomieszczeniach wraz z wytycznymi instalacyjnymi.

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie badania skuteczności osłon w pomieszczeniu RTG przez akredytowaną jednostkę badawczą.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z formularzem parametrów wymaganych i ocenianych w pkt. X.9 i X.13 warunki gwarancji i serwisu obowiązek ten należy do Wykonawcy.

27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający usunie lampy oświetleniowe kolidujące z konstrukcją nośną oraz konstrukcją podwieszenia równocześnie zapewniając oświetlenie pomieszczenia w inny sposób.

**Odpowiedź:**

Tak, roboty budowlane będą wykonane przez Zamawiającego wg dostarczonej przy składaniu oferty aranżacji instalacyjnej aparatu w wskazanych pomieszczeniach wraz z wytycznymi instalacyjnymi.

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona prace budowlane niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń między innymi: instalacje sygnalizatorów wskazujących pracę urządzeń, wyłączniki awaryjne systemów, oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, systemu SSP (jeżeli wymagane), teleinformatyczne kontroli dostępu.

**Odpowiedź:**

Tak, roboty budowlane będą wykonane przez Zamawiającego wg dostarczonej przy składaniu oferty aranżacji instalacyjnej aparatu w wskazanych pomieszczeniach wraz z wytycznymi instalacyjnymi.

29. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy pozostaje uzyskanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na montaż i użytkowanie urządzenia RTG oraz uzgodnień.

**Odpowiedź:**

Tak, poza określonymi w formularzu parametrów wymaganych i ocenianych X.9 i X.13 warunki gwarancji i serwisu.

30. Czy w ramach umowy Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej? Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie zawartości wymaganej dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zamawiający oczekuje złożenia razem z ofertą aranżacji instalacyjnej aparatu w wskazanych pomieszczeniach wraz z wytycznymi instalacyjnymi.

31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, tablice ostrzegawcze itp.) dla pomieszczeń TK oraz pomieszczeń technicznych, sterowni.

**Odpowiedź:**

Tak, powyższe Zamawiający wykona we własnym zakresie.

32. Prosimy o informację w jakiej odległości od sterowni urządzenia znajdują się punkty dostępu do sieci IT (systemu PACS / RIS).

**Odpowiedź:**

Roboty budowlane będą wykonane przez Zamawiającego wg dostarczonej przy składaniu oferty aranżacji instalacyjnej aparatu w wskazanych pomieszczeniach wraz z wytycznymi instalacyjnymi.

33. Czy Zamawiający będzie dysponował wolnymi gniazdami Ethernet w serwerowni do wpięcia wszystkich gniazd w nowo powstającej pracowni?

**Odpowiedź:**

Roboty budowlane będą wykonane przez Zamawiającego wg dostarczonej przy składaniu oferty aranżacji instalacyjnej aparatu w wskazanych pomieszczeniach wraz z wytycznymi instalacyjnymi.

34. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuży czas realizacji montażu i uruchomienia w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

35. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania systemu RTG.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe.

**Dotyczy części nr 2**

36. Parametry opisane przez Zamawiającego wyraźnie i jednoznacznie wskazują na urządzenie firmy Optos. W celu zapewnienia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy urządzenia firmy Carl Zeiss, lidera w produkcji urządzeń okulistycznych:

Pytanie 1 – pkt. 1 - Zamawiający wyraźnie wskazuje na urządzenie firmy Optos, która podaje kąt mierzony od centrum oka, zaś standard ISO podaje kąt mierzony od centrum źrenicy. Obie wartości różnią się, choć pokazują ten sam obszar dna oka.

**Odpowiedź:**

Pytania bezzasadne, ponieważ Zamawiający nie określił sposobu mierzenia kąta.

37. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w funkcję wykonywania pojedynczych szerokokątnych zdjęć w zakresie kątowym 133° mierzonym od centrum źrenicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje parametr w zakresie kątowym (min. 200°).

38. Pytanie 2 – pkt. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z opcjami obrazowania szerokokątnego: angiografia fluoresceinowa wykonywana przy pomocy podświetlenia LED z zakresem fal wynoszących 200 nm, autofluorescencja wykonywana zakresem fal wynoszących nie mniej niż 150 nm (w tym zielona i niebieska), kolorowe zdjęcie kompozytowe składające się z frakcji niebieskiej, czerwonej i zielonej z rozbiem na każdy kolor w celu najlepszego obrazowania warstw siatkówki

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 4. Proszę mieć na uwadze, że przedmiotem zamówienia jest **Laserowy skaningowy oftalmoskop**.

39. Pytanie 3 – pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści w obrazie kompozytowym, możliwość uzyskania separacji obrazów siatkówki na obraz z kanałem czerwonym, zielonym i niebieskim dla wizualizacji zmian w naczyniówce, kontrastu zmian w siatkówce i warstwie włókien nerwowych?

**Odpowiedź:**

Pytanie bezzasadne ponieważ Zamawiający w tym zakresie podał ogólny opis - *W obrazie kompozytowym, możliwość uzyskania separacji obrazów siatkówki i naczyniówki.*

40. Pytanie 4 – pkt. 10 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w min. 3 diody LED do podświetlania siatkówki w trakcie wykonywania zdjęć o długości fal znacznie przewyższającym wymagany zakres, wynoszącym min. 200 nm to jest od 435 nm do 640 nm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie pkt. 10. Proszę mieć na uwadze, że przedmiotem zamówienia jest **Laserowy skaningowy oftalmoskop**.

41. Pytanie 5 – pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji prezentacji wyników w postaci modelu 3D

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez funkcji prezentacji wyników w postaci modelu 3D.

**42.** Pytanie 6 – pkt. 21 - Prosimy o podanie dostawcy systemu PACS

**Odpowiedź:**

Dostawcą systemu PACS jest: Dagosys M.Pichola, R.Klimek sc, [www.dagosys.pl](http://www.dagosys.pl)

**43.** Pytanie 7 - Zamawiający punktuje niektóre parametry, w części z nich w kolumnie „Parametr wymagany” prosi o „Podać”, a w części „tak”. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie Zamawiający punktuje parametr możliwe jest złożenie oferty bez opisanych w tych punktach funkcjonalnościach, oczywiście bez otrzymania punktów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszędzie tam gdzie Zamawiający punktuje parametr możliwe jest złożenie oferty bez opisanych w tych punktach funkcjonalnościach, oczywiście bez otrzymania punktów.

**Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 9 do SWZ**

**1. § 8 umowy: pkt. 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji do 6 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie gwarancji.

**2. Par. 8 ust. 1:**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania czwartego do § 4 ust. 3 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy (tj. trwałego montażu w specjalnie do danego, konkretnego sprzętu przystosowanym pomieszczeniu) – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania czwartego do § 4 ust. 3 o następującej treści:

*„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

**3.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na załączonym wzorze Wykonawcy?

**Odpowiedź:**



W zakresie powierzenia danych osobowych Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zmianie ulegnie termin składania i otwarcia ofert oraz wymagania w zakresie przedmiotowych środków dowodowych (aranżacja instalacji aparatu). Stosowne dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w momencie publikacji Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

**DYREKTOR**  
WSS w Olsztynie  
**Irena Kierzkowska**