

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn

Do wszystkich uczestników postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą **Urządzenia medyczne w zakresie radiologii i okulistyki** (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2021/S 196-508056 z dnia 8 października 2021r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujący wniosek:

#### Dotyczy części nr 1

##### **Dotyczy SWZ, IV Stół roboczy RTG, pkt 6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie stołu z zakresem poziomego ruchu detektora w stole 80cm. Oferowany przez nas stół spełnia wszystkie pozostałe parametry – w sposób znaczący przewyższając wymagane wartości: udźwig dynamiczny 320 kg, udźwig statyczny 400 kg, powierzchnia blatu stołu 93cm x 240cm. Konstrukcja oferowanego stołu zapewnia możliwość pełnego spektrum procedur.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie pkt.9 ( rozdział IV stół roboczy RTG ) formularza parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 1 ( załącznik nr 4 do SWZ ) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu z zakresem poziomego ruchu detektora w stole 80cm.***

**DYREKTOR**  
WSS w Olsztynie  
**Irena Kierzkowska**